

EK-1

(Değişik:R.G.-11/3/2009-27166)

ÖZEL HASTANELERDE ASGARİ BULUNDURULACAK SAĞLIK PERSONELİ

I-MESUL MÜDÜR Hastanede kadrolu olan ve muayenehane veya başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışmayan tabip veya uzman tabiplerden biri mesul müdür olabilir.
II-MESUL MÜDÜR YARDIMCISI Mesul müdür ile aynı çalışma durumunda olan tabip veya uzman tabiplerden en az bir mesul müdür yardımcısı olabilir.
III-UZMAN TABİP Genel hastaneler: Kadrolu çalışan üçü cerrahi uzmanlık dalında olmak üzere ayrı dallarda asgari altı klinik uzman tabip Dal Hastaneleri: Hastanenin ana faaliyet dalında kadrolu çalışan asgari dört uzman tabip ile varsa ana faaliyeti ilgilendiren diğer uzmanlık dallarında kadrolu en az birer uzman tabip
IV-ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI Cerrahi uzmanlık dalı bulunan her hastane için tüm genel anestezi işlemlerine katılmak şartıyla kısmi zamanlı en az bir uzman
V-BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI Hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak beyan etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)
VI-MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI Hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak beyan etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)
VII-RADYODİAGNOSTİK UZMANI Ağız ve diş sağlığı ile göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki hastanelerde en az bir uzman (Laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak taahhüt etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)
VIII-Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bendinde belirtilen laboratuvarlar var ise ilgili dalda bir uzman tabip (Hastane bünyesine kurulmuş ise, laboratuvarın sorumluluğunu aksatmayacağını yazılı olarak taahhüt etmek kaydıyla, mesul müdürün izniyle kısmi zamanlı çalışabilir veya laboratuvar kurdurmak suretiyle hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)
IX- TABİP Acil ünitesinde en az dört tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilirler. Veya pratisyen tabip, aile hekimliği uzmanı veya acil tıp uzmanı istihdam edilebilir.
X-DİŞ TABİBİ Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren hastaneler için her diş ünitesi için en az bir diş tabibi
XI-BAŞHEMŞİRE Her hastane için bir başhemşire
XII-HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü) -Her beş hasta yatağı için en az bir, - Ameliyathanelerde her ameliyat masası için en az iki, -Yenidoğan yoğun bakım da dahil yoğun bakımlarda, Bakanlıkça belirlenen yoğun bakım sınıflandırmasına uygun sayıda, -Doğum kliniğinde beş bebek hasta yatağı için en az iki (Başlangıçta Neonatal Resüsitasyon Programı eğitimi almış en az bir kişi olması gerekir. Burada çalıştırılacak personel, faaliyet izin belgesinin düzenlenmesinden itibaren en geç bir ay içinde olmak kaydıyla, sırasıyla

neonatal resüsitasyon programı eğitimine gönderilir), -İlave her üç bebek yatağı için en az bir, -25/A. maddeye oluşturulan gözlem ünitesinde her üç gözlem yatağına en az bir.
XIII-EBE Her doğum masası için en az bir
XIV-ECZACI 50 ve üzeri yatağı olan her hastane için en az bir
XV-FİZYOTERAPİST Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir (Eğer fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, tedavi kapsamındaki uygulamaları bizzat kendisi yapacak ise fizyoterapist istihdamı zorunlu değildir)
XVI-DİYETİSYEN Her hastane için en az bir
XVII-TIBBİ TEKNİSYENLER -Anestezi teknisyeni, çalıştırılan her anestezi cihazı için en az bir, -Laboratuar teknisyeni, her laboratuar için en az bir, -Röntgen teknisyeni, sabit her röntgen teşhis cihazı için en az bir, -Diş protez teknisyeni, diş protez laboratuvarı bulunan hastaneler için en az bir, -Acil tıp teknisyeni, acil ünitelerde en az üç ve her ambulans için en az bir
XVIII-FİZİK MÜHENDİSİ veya RADYASYON FİZİKÇİSİ -Radyoterapi ünitesi bulunan her hastane için en az 1
XIX-DİĞER PERSONEL Yeterli sayıda hizmetli personel ve güvenlik görevlisi,
NOT: -Uyku laboratuvarı bulunan hastanelerde Nöroloji uzman tabibi dışında başka bir uzman tabip çalışacak ise bu tabibin konuyla ilgili sertifikası istenir. -EEG ve EMG bulunan hastanelerde bu alanda çalışacak sağlık personelinin sertifikası istenir.

”

EK- 2

ÖZEL HASTANELER DENETİM FORMU

Denetlenen Hastanenin _____ :

Adı :

Adresi :

Sahibinin Adı :

Ruhsat Tarih ve Sayısı :

Faaliyet İzin Belgesinin tarihi :

Faaliyet İzin Belgesinin sayısı :

Faaliyete Başlama Tarihi :

Hastane Yatak Sayısı :

Hasta Yatak Sayısı :

Hasta Gözlem Yatak Sayısı :

Kabul Ettiği Uzmanlık Dalları :

Hizmet Verdiği Diğer Birimler :

Mevcut Grubu :

Mesul müdürün

Adı-Soyadı :

Uzmanlık Dalı :

Mesul Müdürlük Belgesi

Tarih ve Sayısı :

Mesul müdür yardımcısının

Adı-Soyadı :

Uzmanlık Dalı :

Mesul Müdür Yardımcısı Belgesi

Tarih ve Sayısı :

Denetim Tarihi :...../...../.....

Daha önce yapılan denetim tarihleri:

1 BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER

FAALİYETİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER	MEVZUATA UYGUN/ MEVZUATA UYGUN DEĞİL	EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE	EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK- VERİLECEK CEZA	AÇIKLAMALAR
1-Hastanenin ruhsatında kayıtlı ismi kullanılıyor mu?		1 ay	Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
2- Hastanenin adresi ruhsatta kayıtlı adres ile aynı mı?		1 ay	Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
3- Hastanenin sahip değişikliği var mı?		1 ay	Hastanenin 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
4- Hastanenin sahipliği azınlık veya Yabancılara ait mi?				
5-Azınlık veya Yabancılara ait Hastane ise yabancı uyruklu çalışanlar var mı?		10 gün	Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
6- Mesul müdür görevi Bakanlığa bildirilen personel		10 gün	Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik	

tarafından yürütülüyor?			faaliyetlerini durdurma	
7- Mesul müdür Belgesi var mı? Asılı mı?		Mesul müdür uyarılır.	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
8- Mesul müdür başka bir yerde çalışıyor mu?		Mesul müdür uyarılır.	Başka yerde çalışmaya devam eden mesul müdür görevi iptal edilir. Yeni mesul müdür tayin edilmesi için 5 iş günü süre tanınır.	
9- Mesul müdür yardımcılığı görevi Bakanlığa bildirilen personel tarafından mı yürütülüyor?		10 gün	Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
10- Mesul müdür Yardımcılığı Belgesi var mı? Asılı mı?		Mesul müdür uyarılır.	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
11- Mesul müdür yardımcısı başka bir yerde çalışıyor mu?		Mesul müdür uyarılır.	Başka yerde çalışmaya devam eden mesul müdür yardımcısı görevi iptal edilir. Yeni mesul müdür yardımcısı tayin edilmesi için 5 iş günü süre tanınır.	
12- Birden fazla mesul müdür yardımcısı bulunduğu durumlarda 11,12,13. üncü maddeler her mesul müdür yardımcısı için uygulanır.				
13- Hastane faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzmanlık dalları dışında hasta kabul ve tedavi ediliyor mu?		İlgili uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi derhal yasaklanır ve bu uzmanlık dallarının ruhsata ilavesi için 1 ay süre verilir.	Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
(Değişik:R.G.-11/3/2009-27166) 14)-a) Hastane faaliyeti için gerekli asgari sayıda kadrolu uzman			a) Faaliyet için gerekli asgari sayıya ulaşmak için eksilen uzman tabip yerine üç ay içinde uzman tabip bulunamaz ise	

<p>tabip mevcut mu?</p> <p>b) Asgari sayı fazlası olan dallardaki uzman tabiplerden ayrılan var mı?</p> <p>c) Aynı dalda birden fazla sayıdaki uzman tabiplerinden ayrılan var mı?</p> <p>d) Ek 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine göre çalıştırılan tabiplerden uzmanlık dalı faaliyet izin belgesine eklenen tabip/tabiplerden ayrılan var mı?</p>			<p>bu sürenin sonunda ruhsat, asgari sayıda kadrolu uzman tabip temin edilinceye kadar dört yıl süreyle askıya alınır. Tabip sayısı bu süre içinde asgari sayıya ulaşır ise ruhsat geri verilir. Dört yılın sonunda asgari sayıda kadrolu uzman tabip istihdamı olmaz ise, ruhsat sürekli olarak geri alınır ve ek 4 üncü maddedeki planlama hükümleri uygulanır. Askı süresi içinde talep halinde tıp merkezi faaliyeti gösterilebilir.</p> <p>b) İlgili uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi kadrolu uzman tabip/tabipler bulununcaya kadar durdurulur.</p> <p>c) Ayrılan tabibin çalışma belgesi geçersiz sayılır. Yerine aynı uzmanlık dalında bir yıl içinde yeni tabip bulunur ise çalışma belgesi düzenlenir.</p> <p>d) Ayrılan varsa, Ek 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır. Ayrılan tabibin yerine aynı benddeki statüde yeni tabip bulunursa, en geç beş iş günü içinde çalışma belgesi müdürlükçe onaylanır. Uzmanlık dalı on beş iş günü içinde faaliyet izin belgesine eklenir.</p>	
<p>(Değişik:R.G.-11/3/2009-</p>		<p>5 iş günü</p>	<p>Verilen süre sonunda ilgili dalda poliklinik</p>	

27166) 15- Hastanede çalışan uzman tabiplerin çalışma belgesi var mı? Poliklinik odasında asılı mı?			faaliyeti 5 gün durdurulur.	
16- Hastanede çalışan tabiplerin sayısı EK-1'de belirtilen standartlara uygun mu?		10 gün	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
17- Hemşire-sağlık memuru-ebe mevcudu EK-1'de belirtilen standartlara uygun mu?		10 gün	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
18- Diğer sağlık personeli mevcudu EK-1'de belirlenen standartlara uygun mu?		10 gün	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
19- İdari, teknik ve diğer yardımcı personel mevcudu EK-1'de belirlenen standartlara uygun mu?		1 ay	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
20- Hastanede kadrolu çalışan uzman tabip, tabip, hemşire ve diğerleri için sigorta primleri bordrosu mevcut mu?		Mesul müdür uyarılır ve ilgili İl Müdürlüğüne bildirilir.	Noksanlığın diğer denetimde de tespiti halinde hastanenin tamamında 10 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
21- Herhangi sosyal güvenlik kuruluşundan gelir ve aylık almakta olup Hastanede çalışanlar için (uzman tabip, tabip, hemşire ve diğerleri) Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu mevcut mu?		Mesul müdür uyarılır ve ilgili İl Müdürlüğüne bildirilir	Noksanlığın diğer denetimde de tespiti halinde Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	

22- Yabancı uyruklu tabip çalıştırılıyor mu? Yabancı uyruklu tabip çalıştırılıyor ise ne amaçla bulunuyor / çalışıyor?				
23- Kamu hastanesinde çalışan hekim çalıştırılıyor mu? çalıştırılıyor ise, yetkili mercilerden izin alınmış mı?		İzinsiz çalışanlar için mesul müdür uyarılır3 gün	Yönetmeliğin 64 üncü madde hükmü uygulanır. İzinsiz çalışan kamu personeli için kurumuna bildirilir .	
24- Yabancı uyruklu tabip çalıştırılıyor ise, yetkili mercilerden izin alınmış mı?		İzinsiz çalışanlar için mesul müdür uyarılır3 gün	İzinsiz çalışan yabancı uyruklu tabip bulunması ve diğer denetim de tesbiti halinde hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
25- Çalışma izni olmayan tabip çalıştırılıyor mu?		Mesul müdür uyarılır	Çalışma izni bulunmayan tabip çalışmasının devamı durumunda hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
26- Çalışan tüm personelin hastane kayıtları ve müdürlüğe bildirim yapılmış mı?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
27- Personelin kılık kıyafeti 59 uncu maddede belirtilen esaslara uygun mu?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
28- Personel kimlik kartı taşıyor mu?		Mesul müdür uyarılır 3 gün	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
29- İşyeri hekimi var mı.?				

30- işyeri hekimi görev tanımına uygun faaliyette bulunuyor mu? Çalışanların sağlık kontrolleri rutin olarak yapılıyor mu?(hangi periyotlarda?)				
31- Tıbbî kayıt ve arşiv sistemi 48 inci ve 49 uncu maddelerde belirtilen esaslara uygun mu?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
32- Kayıtlar bilgisayar ortamında tutuluyor ise, 50 inci maddede belirtilen esaslara uygun mu?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
33- Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun denetim defterleri mevcut mu?		Mesul müdür uyarılır 3 gün	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
34- Adlî vakaların güvenlik makamlarına bildiri mi, 58 inci maddede belirtilen esaslara uygun yapılıyor mu?		Mesul müdür uyarılır 7 gün	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
35- Uygulanan gündelik yatak ücretleri Bakanlıkça belirlenen ücretlere uygun mu?		Mesul müdür uyarılır	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
36- Ücretsiz hasta tedavilerinde 56 ncı maddede belirtilen esaslara uyuluyor mu?-		Mesul müdür uyarılır	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
37- Ücretsiz tedavi edilen hasta sayısı?				
38- Hastalara düzenlenen faturalar 51 inci maddede belirtilen esaslara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	

39- Hastane için kullanılan yönlendirme levhaları, matbu evraklardaki logolar, tanıtıma yönelik uygulamalar 60 ncı maddede belirtilen esaslara uygun mu?		Mesul müdür uyarılır	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
40- Reklam yasağına uymadığı için daha önce ceza almış mı?				
41- Ceza aldı ise cezanın konusu?				
42- Tanıtım ve bilgilendirme düzenlemesine uymadığı için daha önce ceza almış mı?				

2. BÖLÜM: HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİLER

HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER	MEVZUATA UYGUN/ MEVZUATA UYGUN DEĞİL	EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE	EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK VERİLECEK CEZA	AÇIKLAMALAR
1- Hastanenin genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı ? (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir)		Mesul müdür uyarılır 3 gün	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma	
(Değişik:R.G.-23/7/2008-26945) 2- Acil ünitesi, 26 ncı ve 39 uncu maddelerde belirtilen standartlara uygun mu?		Mesul müdür uyarılır.10 gün	Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında faaliyet durdurma	

3-Acil ünitesi açık ve çalışır durumda mı?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma	
4-Acil ünitesinde yeterli uzman tabip ve diğer personel ile donanım hazır bekletiliyor mu?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma	
5- (Mülga.R.G.-23/7/2008-26945)				
6-Acil tabelası görülebilecek bir yerde asılı mı?		Mesul müdür uyarılır	Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında süresiz faaliyet durdurma	
7-Ek-5 ve EK-6'daki tıbbî donanım ile ilaçlar mevcut mu?		Mesul müdür uyarılır	Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında süresiz faaliyet durdurma	
(Değişik:R.G.-11/3/2009-27166) 8-Ambulans hizmetleri 40 ıncı maddede belirtilen standartlara uygun mu?		Mesul müdür uyarılır 1,5 ay	Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında süresiz faaliyet durdurulur.	
9-Ambulans hastaneye mi ait?				
10-Ambulansın plaka numarası ?				
11-Acil ünitesinde 48 inci maddede belirtilen esaslara uygun protokol defteri tutuluyor mu?		Mesul müdür uyarılır 3 gün	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma	
12-Hasta nakil sürecinde hastanın gereksinimlerine uygun taşıma gerçekleştiriliyor mu?		Mesul müdür uyarılır	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma	

13- Hastanede acil vakalar için kullanılan acil çağrı sistemi mevcut mu?				
14- Acil çağrı sistemi varsa çalışma sistemi yazılı olarak belirlenmiş mi?		Mesul müdür uyarılır	Yazılı hale getirilmesi sağlanır.	
15- Hastanede hemşire çağrı sistemi mevcut mu?		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma	
16- Acile müracaat eden toplam hasta sayısı? (Yıl / Ay)				
17- Acilden sevk edilen toplam hasta sayısı? (Yıl/ Ay)				
18- Poliklinik oda sayısı ?				
19-Her tabibe ait poliklinik muayene odası mevcut mu?				
20- Hastanenin faaliyet izin belgesinde bulunan her uzmanlık dalı için ayrılmış poliklinik muayene odası bulunuyor mu?		Mesul müdür uyarılır	Poliklinik Odası bulunmayan uzmanlık dallarında oda temin edilinceye kadar faaliyet durdurulur.	
21- Poliklinik odası 23 üncü maddelerde belirtilen standartlara uygun mu?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Uygun Poliklinik Odası bulunmayan uzmanlık dallarında oda temin edilinceye kadar faaliyet durdurulur	
22- Kadın hastalıkları ve doğum polikliniği 23 üncü maddede belirtilen standartlara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Poliklinik Odası uygun hale gelinceye kadar uzmanlık dalında faaliyet durdurulur.	
23- Üroloji polikliniği 23 üncü maddede belirtilen standartlara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Poliklinik Odası uygun hale gelinceye kadar uzmanlık dalında faaliyet durdurulur.	
24- Poliklinik muayene odalarında, 48 inci maddede belirtilen esaslara uygun protokol defteri tutuluyor mu?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 3 gün faaliyet durdurma	

25- Ameliyathaneler 24 üncü maddede belirtilen standartlara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır	Cerrahi uzmanlık dallarında
26- Ameliyathanede hepafiltreli havalandırma sistemi mevcut mu ?		Mesul müdür uyarılır	poliklinik haricinde hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
27- Kullanılan havalandırma sistemine ait partikül ölçümleri yapılmış mı? (ölçüm sonuçları denetim formuna eklenecektir)		Mesul müdür uyarılır	
28- Partikül ölçümleri hangi aralıklarla yaptırılıyor ?			
29- Ameliyathanenin enfeksiyonlara karşı korunması amacıyla Enfeksiyon Koruma Yönergesi hazırlanmış mı?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	
30- Ameliyathanenin işlem süreçleri yazılı olarak hazırlanmış mı?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Cerrahi uzmanlık dallarında
31- Ameliyathanede, 48 inci maddede belirtilen esaslara uygun kayıtlar tutuluyor mu?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	poliklinik haricinde hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur
32- Kullanılan anestezi ve anestezi tekniği, hastanın anestezi kayıtlarına giriliyor mu?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	
33- Ameliyathanede atıklar ve çöpler ayrı ayrı toplanıp depolanıyor mu ?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Ameliyathane faaliyetlerinin 3 gün durdurulması
34- Açık kalp ameliyatı yapılıp-yapılmadığı, yapılıyor ise yıllık ameliyat sayısı			
35- Yoğun bakım ünitesi 25 inci maddede belirtilen standartlara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır	İlgili uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur.
36- Yoğun bakım ünitelerinde hepafiltreli havalandırma sistemi mevcut mu ?		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Yoğun bakımlarda havalandırma sistemi kuruluncaya kadar İlgili uzmanlık dallarında yalnızca poliklinik hizmeti verilir
37- Kullanılan havalandırma sistemine ait partikül ölçümleri yapılmış mı? (ölçüm sonuçları denetim formuna		Mesul müdür	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini

eklenecektir)		uyarılır	durdurma	
		1 ay		
38- Partikül ölçümleri hangi aralıklarla yaptırılıyor?				
39- Yoğun bakım yatak sayısı: Dahili yoğun bakım:..... Cerrahi yoğun bakım:..... Koroner yoğun bakım:..... KVC yoğun bakım:..... Yenidoğan yoğun bakım:..... Diğer.....				
40- Hastanen yoğun bakım veya özel servislerine alınacak hastaların belirlenmesi için standart oluşturmuş mu? Yazılı olarak süreçler belirlenmiş mi?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
41- Yoğun bakım ünitesinde de atıklar ve çöpler ayrı ayrı toplanıp depolanıyor mu ?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
Hastanenin faaliyet izin belgesinde bulunan Laboratuvarlar veya hizmet satın aldığı laboratuvarlar?			
42- Mikrobiyoloji laboratuvarı 28 inci maddede belirtilen standartlara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
43- Mikrobiyoloji laboratuvarının sorumluluğunu yürüten uzmanın: Adı :..... Soyadı:.....				
44- Biyokimya laboratuvarı 28 inci maddede belirtilen standartlara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
45- Biyokimya laboratuvarının sorumluluğunu yürüten uzmanın: Adı :..... Soyadı:.....				
46- Radyoloji ve diğer laboratuvarı 28 inci maddede belirtilen standartlara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	

<p>47-Radyoloji laboratuvarının sorumluluğunu yürüten uzmanın: Adı :..... Soyadı:.....</p>		
<p>48-İleri görüntüleme üniteleri var mı? Neler ?</p>		
<p>49-Radyoterapi ünitesi var mı?</p>		
<p>50-Asgarî standartlar dışında uzmanlık dalının gereklerine göre tesis edilen diğer laboratuvarlar var mı? Varsa: Laboratuvarın Türü:..... Sorumlu uzmanın Adı Soyadı:.....</p>		
<p>51-Radyoloji laboratuvarı ilgili mevzuatına uygun mu?</p>	<p>Mesul müdür uyarılır 1 ay</p>	<p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p>
<p>52-Hasta ve çalışanları risk ve tehlikelere karşı korumaya yönelik radyasyon güvenlik programı var mı?</p>	<p>Mesul müdür uyarılır 1 ay</p>	<p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p>
<p>53-Asgarî standartlar dışında uzmanlık dalının gereklerine göre tesis edilen görüntüleme v.b diğer laboratuvarlar ilgili mevzuata uygun mu?</p>	<p>Mesul müdür uyarılır 1 ay</p>	<p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p>
<p>54-Tüm laboratuvar ve görüntüleme cihazlarının düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonunun yapılmasını sağlamaya yönelik bir program var mı?</p>	<p>Mesul müdür uyarılır 10 gün</p>	<p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p>
<p>55-Cihazların kalibrasyon ölçümleri hangi aralıklarla yaptırılıyor?en son kalibrasyon yaptırılma tarihi?</p>		
<p>56-Her tamirden sonra cihazların kalibrasyon ölçümleri yeniden yaptırılıyor mu?</p>	<p>Mesul müdür uyarılır 1 ay</p>	<p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p>

<p>57-Laboratuvarlar için bir kalite kontrol programı var mı? Radyoloji laboratuvarı:..... Biyokimya Laboratuvarı:..... Mikrobiyoloji Laboratuvarı:..... Diğer laboratuvarlar:.....</p>				
<p>58- Numunelerin toplanması, tanımlanması güvenli bir şekilde transferi ve atılması için belirlenmiş bir program var mı?</p>		<p>Mesul müdür uyarılır 10 gün</p>	<p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p>	
<p>59- Doğum hanede çalışan NRP eğitimi almış en az iki personel var mı? (en az bir tabip ve bir hemşire yada ebe)</p>		<p>Mesul müdür uyarılır 1 ay</p>	<p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p>	
<p>60- Doğum eyleminde görevli personellerin NRP eğitimi tamamlanmış mı?(en az bir tabip ve bir hemşire yada ebe)</p>		<p>Mesul müdür uyarılır 1 ay</p>	<p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p>	
<p>61- Bebek Dostu Hastane Çalışmalarından sorumlu personel var mı?</p>		<p>Mesul müdür uyarılır 1 ay</p>	<p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p>	
<p>62- Hastane Bebek Dostu Hastane ünvanı almış mı?</p>				
<p>63- Hastane Bebek Dostu Hastane ünvanı almak için başvuru yapmış mı? tarihi?</p>				
<p>64- Bebek Dostu Hastane ünvanı almak için Bebek Dostu Hastaneler değerlendirme ekibi tarafından değerlendirme yapılmış mı?</p>				
<p>65-Asgarî standartlar dışında uzmanlık dalının gereklerine göre tesis edilen ÜYTE, diyaliz, organ ve doku nakli gibi merkezler, ilgili mevzuata uygun mu?</p>		<p>Mesul müdür uyarılır</p>	<p>Uygunluk sağlanıncaya kadar ilgili merkezlerde faaliyet durdurulur.</p>	
<p>66-Eczane ve eczane hizmetleri, 27 nci ve 41 inci maddelerde belirtilen standartlara uygun mu ?</p>		<p>Mesul müdür uyarılır 1 ay</p>	<p>Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p>	
<p>67- Hastanede bulunan tüm birimler ve yapılan işlemler için bir işlem süreci belirlenerek iç hizmet yönergesi hazırlanmış mı?</p>		<p>Mesul müdür uyarılır</p>	<p>Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma</p>	

Hazırlanan iç hizmet yönergesi personele duyurulmuş mu?			durdurma
---	--	--	----------

3. BÖLÜM: BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER

	MEVZUATA UYGUN / UYGUN DEĞİL	EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE	EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK / VERİLECEK CEZA	AÇIKLAMALAR
1- Bina özel hastane olarak mı projelendirilmiş, başka amaçla yapılan binadan mı hastane dönüştürülmüş?				
2- Ön izin belgesi var mı? Tarih:...../...../..... Sayı:.....				
3- Ruhsatı ve faaliyet izin belgesine esas dosyadaki belgelerde belirtilen hususlarda değişiklik var mı?		15 gün	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur	
4- Müşterek teknik rapora uygun olmayan düzenlemeler var mı?		15 gün	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur	
5- Ruhsatlandırılmış bölümler dışında ek bina veya tesis var mı?		Ek binada hizmet derhal durdurulur.	Ruhsat dışı kısımlarda hiç bir şekilde sağlık hizmeti sunulamaz.	
6- Hastanenin herhangi bir yerinde kullanımına ayrılmış barınma/konaklama alanları var mı?		1 ay	Hastanenin tamamında 1 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
7- Yapı kullanma izni belgesi veya ilgili belediyeden Yapı kullanma izni belgesi yerine alınan belge mevcut mu?		1 ay	Hastanenin tamamında 5 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	

8- İlgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış depreme dayanıklılık raporu mevcut mu?		1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur	
9- Deprem raporunun onayı yapılmış mı?				
10- Deprem raporunu onaylayan kurum:				
11- Hastane de grup/ tür değişikliğini gerektirecek uygulamalar var mı ? (iptal edilmiş ya da ilave edilen üniteler, yatak sınıflarında değişiklik gibi.)		1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur	
12- Hastanede iletişimi sağlamaya yeterli telefon santrali var mı?		1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur	
13- Hasta odaları 20 nci ve 22 nci maddeler ile belirlenen fiziki standartlara uygun mu ?		1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur	
14- Tüm koridorlar 31 inci madde ile belirlenen standartlara uygun mu ?		1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur	
15- Merdivenler 31 inci madde ile belirlenen standartlara uygun mu ?		1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur	
16- Hastanede kaç adet asansör var, asansörler 31 inci maddesi ile belirlenen standartlara uygun mu ?		1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur	
17- Yönetmeliğin 31 inci ve 34 üncü maddelerde yer alan esaslara uygun olarak özörlülere ilişkin		1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve	

hastane girişinde; hasta katlarında; otoparkta; tuvalet ve banyolarda; düzenlemeler yapılmış mı?			tedavisi süresiz durdurulur	
18- Morg 35 inci madde ile belirlenen standartlara uygun mu?		Mesul müdür uyarılır 1 ay	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur	
19- Mutfak 36 ncı madde ile belirlenen standartlara uygun mu ?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur	
20- Mutfak hizmeti dışarıdan satın alınıyorsa sözleşme mevcut mu?Sözleşmenin bitiş tarihi?		Mesul müdür uyarılır 10 gün		
21- Mutfak hizmeti sözleşmesi yapılan şirkette görevli diyetisyen var mı?(Sözleşmesi eklenecektir.)		Mesul müdür uyarılır 10 gün		
22- Yemekhane, kantin, personel soyunma-giyinme odaları gibi çalışanların istirahati ve ihtiyacı için ayrılan birimler yeterli mi?		Mesul müdür uyarılır 10 gün		
23- Besinlerin hazırlanması taşınması, depolanması ve dağıtımının güvenli olmasını sağlayan bir süreç var mı?		Mesul müdür uyarılır 10 gün		
24- Çamaşırhane 36 ncı madde ile belirlenen standartlara uygun mu ? Hizmet dışarıdan satın alınıyorsa sözleşme mevcut mu?Sözleşmenin bitiş tarihi ?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur	
25- Hastanenin içinde		Mesul	Hastanenin	

gerekli yönlendirme ve uyarı işaretleri uygun bir biçimde konumlandırılmış mı?		müdür uyarılır 10 gün	tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur	
26 -Yangına karşı alınan önlemler ilgili mevzuata uygun mu?		Mesul müdür uyarılır 10 gün	Hastanenin tamamında 3 gün poliklinik faaliyetlerini durdurma	
27 -Yangın merdiveni var mı?		Mesul müdür uyarılır 1 ay		
28 -Yangın merdivenin çıkışı içeriden açılacak şekilde düzenlenmiş mi ?		Mesul müdür uyarılır 10 gün		
29 -Yangın alarm sistemi var mı? (çalıştırılarak denenecektir)		Mesul müdür uyarılır 1 ay		
30-33 maddede yer alan esaslara uygun tıbbî atık deposu var mı?		Mesul müdür uyarılır		
31 -Tıbbi atıklardan sorumlu personel belirlenmiş mi?		Mesul müdür uyarılır	sorumlu personel belirlenmesi sağlanır	
32 -Tıbbi atıklar konusunda yapılan en son hizmet içi eğitimin tarihi?				
33 -Merkezî sterilizasyon ünitesi var mı ?		1 ay süre	Cerrahi branşlarda hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur	
34 -Merkezî tıbbî gaz sistemi var mı ?		1 ay süre	Poliklinik faaliyetleri dışında tüm faaliyetler durdurulur	
35 - Yeterli güç ve nitelikte jeneratör var mı ?		1 ay süre verilir	Poliklinik faaliyetleri dışında tüm faaliyetler durdurulur	
36 -Hasta ve yakınlarının dinlenme ve sosyal faaliyetleri için ayrılmış alanlar		1 ay süre verilir	Poliklinik faaliyetleri dışında tüm faaliyetler	

var mı?			durdurulur	
37- Yönetmeliğin 61 inci maddesinde yer alan dini görevlerin yerine getirilmesi için mekan ayrılmış mı?		1 ay süre verilir	Poliklinik faaliyetleri dışında tüm faaliyetler durdurulur	
38- Ek- Madde 2'de belirtilen hasta haklarına dair mevzuata uygun birim ve kurul oluşturulmuş mu?		Mesul müdür uyarılır 5 gün süre verilir	Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur	
39- Teşhis ve tedavi sürecinde hasta ve/veya ailesini bilgilendirmeye yönelik bir düzenleme ve uygulama var mı ?		Mesul müdür uyarılır 5 gün süre verilir	Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur	
40- Hastanın kayıtları veya hastanın bakım bilgilerinin bir özeti hastanın nakil edildiği birime gönderiliyor mu ?		Mesul müdür uyarılır	Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur	
41- Taburcu ve sevk için tanımlanmış bir süreç var mı ?		Mesul müdür uyarılır	Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur	
42- Hasta taburcu edildikten sonra ihtiyaç duyacağı destek ve medikal hizmetler ile tedavinin devamlılığına yönelik süreç tanımlanmış mı ?		Mesul müdür uyarılır	Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur	
43- Taburcu sonrası tedavinin devamı ile ilgili takip talimatları anlaşılır bir tarz ve şekilde hasta ve yakınlarına veriliyor mu ?		Mesul müdür uyarılır	Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur	
44- Hasta taburcu edilirken, hastanın başvuru nedeni, önemli bulguları, konulan teşhis, uygulanan prosedür, verilen ilaçlar,		Mesul müdür uyarılır	Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur	

uygulanan diğer tedaviler, hastanın çıkartılırken ne durumda olduğu, dışarıda kullanacağı ilaçlar ve takip talimatlarının bulunduğu taburculuk özeti hazırlanıyor mu ?				
45- Hasta, ailesi veya hasta adına karar vericiler, cerrahi müdahale ile ilgili riskler, olası komplikasyonlar ve anestezi seçenekleri hakkında bilgilendiriliyor mu ?		Mesul müdür uyarılır	Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur	
46- Hasta ailesi ve yakınlarının gerektiğinde hastalığa ait risk faktörleri açısından bilgilendirilip değerlendirilmesini sağlayan bir süreç var mı ?				
47- Hastane içinde hasta ve yakınlarının eğitimi için uygun yapılanma ve mekanizmalar mevcut mu ?				
48- Hastanenin , tüm muayene, işlem ve tedavi süreçlerinde hastanın mahremiyetini koruyan düzenlemeler var mı ?				
49- Personelin, hasta ve ailesinin hakları konusunda bilgilendirilmesini sağlayan bir düzenleme var mı ?				

50- Hasta, hasta yakınları ve çalışanların güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri alınıyor mu ?		
51- Hastanenin hasta şikayetleri ve bu şikayetlerin değerlendirilmesine yönelik bir düzenlemesi var mı ?		
52- Anestezi, ameliyat, kan ve kan ürünleri kullanımı ve diğer yüksek riskli işlemler ve tedaviler öncesi hasta veya hasta adına izin veren kişiler bilgilendirilip, izin alınıyor mu ?		
53- Kalite Yönetim Birimi mevcut mu?		
54- Hastanenin sahip olduğu kalite güvence belgesi var mı?		
55- Ulusal Akreditasyon Belgesi var mı?		
56- Uluslararası Akreditasyon Belgesi var mı?		
57- Verilen hizmetlerin tıbbi etik ilkelerine uygunluğunu izleyen bir kurul var mı?		
58- Tıbbi Etik Kurulunun görevleri yazılı hale getirilmiş mi?		
59- Kan ve kan ürünleri transfer Kurulu mevcut mu?		
60- Enfeksiyon kontrol komitesi mevcut mu?	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur
61- Kurumda nasokomiyal enfeksiyon riskini azaltmak için enfeksiyon kontrol ve önleme programı mevcut mu?	Mesul müdür uyarılır	Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur

62- Hastanenin tüm bölge ve süreçleri enfeksiyon kontrol ve önleme programına dahil edilmiş mi?		Mesul müdür uyarılır	Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur	
63- Hastanenin enfeksiyon riskiyle ilgili yöntem ve süreçleri belirlenip, enfeksiyon riskini azaltmak için gerekli uygulamalar yapılıyor mu?		Mesul müdür uyarılır	Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur	
64- Enfeksiyon kontrol ve önleme programının koordinasyon ve uygulamasından sorumlu olan Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Komitesi belirlenmiş bir plan çerçevesinde görevini yapıyor mu?				
65- Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik yürütülen hizmetler var mı? Neler ?				
66- Mobil sağlık hizmetleri sunuluyor mu?				
67- Mobil sağlık hizmetlerinin sunumu için izin alınmış mı?		Mesul müdür uyarılır	Mobil sağlık hizmetleri sunumu izin alınıncaya kadar durdurulur.	
68- Daha önce kuruma verilen idari/adli cezalar var mı?				
69- Hastanenin, muhtemel toplumsal acil durumlara, salgınlara ve doğal veya diğer afetlere karşı program oluşturmuş mu?				

Denetim Ekip Başkanı
Denetçi

Başhekim

Denetçi

EK-3

**ÖZEL HASTANELERDE
KLİNİK VE LABORATUARLARINDA BULUNDURULACAK
ARAÇ VE GEREÇLERİN TÜRLERİ VE ASGARİ MİKTARLARI**

GENEL SERVİSLER VE GENEL SERVİS MUAYENE ODASI(EK-3/01)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Tansiyon aleti	2 adet
2	Steteskop	2 adet
3	Aspiratör (farklı boyutlarda aspiratör kanülü)	1 adet
4	Seyyar oksijen tüpü (oksijen maskesi ve oksijen kanülü)	1 adet
5	Nebülizatör	1 adet
6	Defibrilatör	1 adet
7	Elektrokardiyograf cihazı	1 adet
8	Acil müdahale arabası (Crash-Card)	1 adet
9	Air Laringoskop-Ambu (airway-kanül-acil ampüller içeren)	1 adet
10	Entübasyon Tüpleri	yeteri kadar
11	Serum askısı (Yatak Başına)	yeteri kadar
12	Karyola (3 parçalı ayak ve başucu ayarlanabilir)	yeteri kadar
13	Yatak	yeteri kadar
14	Alez, Çarşaf, nevresim, yastık, pike,	yeteri kadar
15	Basit Sıhhi Sarf Malzemesi (Pamuk, gazlı bez, alkol, çeşitli ebatlarda bandajlar)	yeteri kadar
16	İdrar sondası , idrar torbası	yeteri kadar
17	Termofor	yeteri kadar
18	Sürgü	yeteri kadar
19	İdrar kabı (ördek)	yeteri kadar
20	Böbrek küveti	yeteri kadar
21	Nazogastrik sonda	yeteri kadar
22	Çok fonksiyonlu monitör	1 adet
23	Muayene masası	1 adet
24	Otoskop-Oftalmaskop	1 adet
25	Baskül	1 adet
26	Enjektör	yeteri kadar

27	Eldiven (Non steril ve steril)	yeteri kadar
28	Tedavi arabası	1 adet
29	Paravan	1 adet
30	Soğuk Işık Kaynağı	1 adet
31	Malzeme dolabı	1 adet
32	Soyunma dolabı	1 adet
33	Refleks çekici	1 adet
34	Beden derecesi	yeteri kadar
35	Dil basacağı	yeteri kadar
36	Sedye (Her servis katında)	1 adet
37	Tekerlekli sandalye (Her servis katında)	1 adet

GENEL POLİKLİNİK ODASI (EK- 3/02)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Muayene masası	1 adet
2	Paravan (veya uygun seperatör)	1 adet
3	Sandalye	yeteri kadar
4	Malzeme dolabı	1 adet
5	İlaç dolabı	1 adet
6	Soyunma dolabı	1 adet
7	Tansiyon aleti	1 adet
8	Steteskop	1 adet
9	Otoskop-Oftalmoskop	1 adet
10	Negatoskop	1 adet
11	Refleks çekici	1 adet
12	Seyyar Oksijen tüpü ve maske	1 adet
13	Dil basacağı	yeteri kadar
14	Böbrek küvet	yeteri kadar
15	Beden derecesi	yeteri kadar

İÇ HASTALIKLARI (EK-3/1)	
A) SERVİS (Ek-3/01 Listesi)	
B) POLİKLİNİK (Ek-3/02 Listesi)	

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON (EK-3/2)	
A) SERVİS (Ek-3/01 listesi)	
B) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 Listesi)	

C) TEDAVİ ÜNİTESİ

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Galvano-faradi cihazı	2 adet
2	Orta frekanslı cihazlar(ekspanansiyel akım cihazı, enterferansiyel akım cihazı)	1 adet
3	Diadinamik	1 adet
4	Kısa dalga diatermi cihazı (değişik dalga boylarında)	1 adet
5	Ultrasonografi cihazı	1 adet
6	Enfraruj	2 adet
7	Işık banyoları	2 adet
8	Parafin banyosu	1 adet
9	Tens cihazı	2 adet
10	Hot Pock kazanı	1 adet
11	Hot Pock paketleri (değişik boyutlarda)	yeteri kadar
12	Galvanik akımlı dörtlü kap	1 adet
13	Egzersiz ve masaj cihazı (çeşitli)	5 adet
14	Su altı basınç masaj :	1 adet
	a. Girdap banyosu (üst ekstremitte için)	
	b. Girdap banyosu (alt ekstremitte için)	
15	Servikal ve lomber traksiyon cihazı	1 adet

REHABİLİTASYON(EK-3/3)**(EK-3/2 de ki tedavi ünitesinde araç gereçlere ek olarak)**

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Paralel bar	1 adet
2	Omuz çarkı	1 adet
3	Parmak merdiven	1 adet
4	Egzersiz minderleri (çeşitli)	yeteri kadar
5	Küçük halter (çeşitli ağırlıklarda)	yeteri kadar
6	Kum torbaları (çeşitli ağırlıklarda)	yeteri kadar
7	Koltuk değneği ve baston	yeteri kadar
8	Eğitim merdiveni (yükseklikleri farklı)	1'er adet
9	Ayakta durma masası	1 adet
10	Tekerlekli sedye	1 adet
11	Tekerlekli sandalye	2 adet
12	Walker	2 adet

HEMATOLOJİ (EK-3/4)		
A) SERVİS (Ek- 3/01 listesi)		
B) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 Listesi)		
C) HEMATOLOJİ LABORATUVARI		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Hemogram cihazı	1 adet
2	Yarı otomatik koagülometre	1 adet
3	Sedimentasyon sehpası	3 adet
4	Sedimentasyon pipeti	50 adet
5	Binoküler mikroskop	1 adet
6	Santrifüj	1 adet
7	Benmari (sulu 37 dereceye ayarlanabilen)	1 adet
8	Hassas terazi	1 adet
9	Emaye kapaklı küvet	2 adet
10	Plastik puset	2 adet
11	Beher glas (50-100-250 ml'lik)	2'şer adet
12	Mezüre (50-100-250 ve 1000 ml'lik)	2'şer adet
13	Laboratuvar saati	2 adet
14	Buzdolabı	1 adet
15	Cam pipet (1-2-5-10-0.1-0.2 ml'lik)	10'ar adet

ROMATOLOJİ(EK-3/5)		
A) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesi)		
B) SERVİS (Ek- 4/01 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Mezüre	1 adet
2	Baskül	1 adet

ÇOCUK SERVİSİ (EK-3/03)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Tansiyon aleti (yaş gruplarına göre değişik boylarda)	1 adet

2	Steteskop	1 adet
3	Seyyar oksijen tp (oksijen maskesi ve oksijen kanl)	1 adet
4	Neblizatr	2 adet
5	İnfant Ambu seti	yeteri kadar
6	Larengoskop -pediatrik	1 adet
7	Endotrekeal tp (deęişik boylarda)	yeteri kadar
8	Seyyar Aspiratr cihazı	1 adet
9	Otoskop-Oftalmoskop	1 adet
10	Pulse Oksimetre Cihazı	1 adet
11	Elektrokardiyograf cihazı	1 adet
12	Defibrilatr (Pediatrik)	1 adet
13	Monitr	1 adet
14	Baş ve ayak kısmı ayarlanabilir karyola	yeteri kadar
15	Serum askısı (Yatak Bařına)	yeteri kadar
16	İnfizyon pompası ve setleri	yeteri kadar
17	Negatoskop	1 adet
18	Refleks çekici	1 adet
19	Ayakta ve yatarak boy lme aleti	1 adet
20	Bebek ve çocuklar iin terazi	1 adet
21	Oksijen Maskesi	yeteri kadar
22	Acil mdahale arabası (Crash-Card)	1 adet
23	Nazogastrik sonda	yeteri kadar
24	İdrar sondası, idrar torbası	yeteri kadar
25	Aspirasyon kanlleri (bebek boylarında No:8-10 tercihen dięerlerinin bulunması)	yeteri kadar
26	Beden derecesi	yeteri kadar
27	Eldiven (Non steril ve steril)	yeteri kadar
28	Serum damla ayarlayıcısı	yeteri kadar
29	Bbrek kveti	yeteri kadar
30	Srg	yeteri kadar
31	Seyyar lamba	1 adet
32	Yatak	yeteri kadar
33	İdrar kabı (rdek)	yeteri kadar
34	Malzeme dolabı	1 adet
35	İla dolabı	1 adet
36	Buzdolabı	1 adet
37	Beslenme pompası ve seti (enteral beslenme pompası)	yeteri kadar
38	Kemik ilięi aspirasyon takımı (Bebekler İin)	yeteri kadar
39	Lomber ponksiyon ięnesi (Bebekler İin)	yeteri kadar
40	Plevral ponksiyon ięnesi (Bebekler İin)	yeteri kadar

41	Ortamı dezenfekte edice solüsyonlar	yeteri kadar
42	Dil basacağı	yeteri kadar
43	Tedavi arabası	1 adet
44	Merkezi vakum sistemi ve sistemle uyumlu tek kullanımlık aspiratör kovaları	yeteri kadar
45	Mobil Pulse oksimetre	1 adet
46	Kan şekeri ölçüm cihazı	1 adet
47	Tekerlekli sandalye	1 adet
48	Sedye (Her servis katında)	1 adet

BEBEK SERVİSİ (EK-3/04)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Muayene masası	1 adet
2	Hasta yatakları	yeteri kadar
3	Steteskop	1 adet
4	Tansiyon aleti (küçük ve orta boy manşonlu)	1 adet
5	Refleks çekici	1 adet
6	Nazogastrik sonda (Bebekler İçin)	yeterli sayıda
7	İdrar sondası (6 ve 8 numaralı foley sonda)	yeterli sayıda
8	Otoskop-oftalmoskop	1 adet
9	Larengoskop (Bebekler İçin)	1 adet
10	Seyyar oksijen tüpü	1 adet
11	Monitör	1 adet
12	Ambu seti (bebekler için)	1 adet
13	Pulse oksimetre cihazı	1 adet
14	Negatoskop	1 adet
15	Seyyar aspiratör	1 adet
16	Oksijen maskesi (bebekler için)	yeteri kadar
17	Oksijen için nazal pronge (bebekler için)	yeteri kadar
18	Lomber ponksiyon iğnesi (Bebekler İçin)	1 adet
19	Plevral ponksiyon iğnesi (Bebekler İçin)	1 adet
20	Abdominal ponksiyon iğnesi (Bebekler İçin)	1 adet
21	Entübasyon kanülleri (3- 3, 5- 4 nolu)	yeteri kadar
22	İnfüzyon pompası ve seti	yeteri kadar
23	Serum askısı	yeteri kadar
24	Glukometre (yeteri kadar stick)	1 adet
25	İdrar dansitometresi	1 adet

26	Acil müdahale arabası	1 adet
27	Buz kesesi	yeteri kadar
28	İdrar kapları	yeteri kadar
29	İdrar stikleri	yeteri kadar
30	Bebek terazisi	1 adet
31	Yatarak boy ölçme aleti	1 adet
32	Serum damla ayarlayıcısı	yeteri kadar
33	Steril eldiven	yeteri kadar
34	Aspiratör kanülü	yeteri kadar
35	Beden derecesi	yeteri kadar
36	Enteral beslenme pompası ve seti	yeteri kadar
37	Dil basacağı	yeteri kadar
38	Tedavi arabası	1 adet
39	Kemik iliği aspirasyon takımı (Bebekler İçin)	yeteri kadar
40	NGT sonda	yeteri kadar
41	Isıtma açık tedavi yatağı	1 adet
42	Fototerapi cihazı	1 adet
43	İdrar dansitometre	1 adet
44	Elektrokardiyografi cihazı	1 adet
45	Airway	yeteri kadar
46	Radyant ısıtıcı	yeteri kadar
47	Nebulizatör	yeteri kadar
48	Buhar Aleti	yeteri kadar
49	Defibrilatör	1 adet
50	Merkezi vakum sistemi	
51	Merkezi vakum sistemine uyumlu tek kullanımlık aspiratör kovaları	yeteri kadar

GENEL ÇOCUK POLİKLİNİĞİ (EK-3/05)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Muayene masası	1 adet
2	Steteskop	1 adet
3	Tansiyon aleti	1 adet
4	Otoskop-Oftalmoskop	1 adet
5	Steril eldiven	yeteri kadar
6	Dil basacağı	yeteri kadar
7	Beden derecesi	yeteri kadar
8	Ayakta ve yatarak boy ölçme aleti	1 adet
9	Bebek ve çocuk için terazi	1 adet

10	Böbrek küveti	yeteri kadar
11	Refleks çekici	1 adet
12	Negatoskop	1 adet
13	Boy, kilo ve baş çevresi izleminde kullanılan standartlar	yeteri kadar
14	Merkezi vakum sistemi	
15	Merkezi vakum sistemine uyumlu tek kullanımlık aspiratör kovaları	yeteri kadar

ÇOCUK NEFROLOJİSİ (EK-3/6)		
A) POLİKLİNİK (EK 3/05 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Mikroskop	1 adet
2	Santrifüj cihazı	1 adet
3	Santrifüj tüpleri	yeteri kadar
4	Lam -lamel	yeteri kadar
5	İdrar tetkik stickleri	yeteri kadar
6	İdrar kabı	yeteri kadar
B) SERVİS (EK 3/03 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Havalı yatak	1 adet
2	Böbrek Biyopsi setleri (değişik boylarda iğneler)	yeteri Kadar
3	Cilt Biyopsi seti	yeteri Kadar

ÇOCUK KARDİOLOJİSİ (EK- 3/7)		
A) POLİKLİNİK(EK 3/05 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Elektrokardiyografi cihazı	1 adet
B) SERVİS(EK 3/03 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Pozitif basınçlı oksijen verme cihazı	1 adet
2	Perikard ponksiyon iğnesi	yeteri kadar
3	Geçici kalp pili cihazı	1 adet
4	Geçici kalp pili kateteri	yeteri kadar
5	CVP ölçüm aleti	yeteri kadar
6	Holter monitörizasyon cihazı	1 adet
7	İki boyutlu renkli doppler ekokardiyograf	1 adet

8	Elektrokardiyografi cihazı	1 adet
9	TA Holter	1 adet
HEMODİNAMİ LABORATUVARINDA BULUNDURMAK ÜZERE		
A	Kalp kateterizasyonu ve periferik anjio yapmak için sineangiograf ve seriograf cihazı komple(jeneratör ve monitörü ile birlikte)	1 adet
B	Basınç ve elektro kayıt cihazı	1 adet
C	Otomatik opak madde enjektörü	1 adet
D	Soğuk ışık aleti	1 adet
E	Opak maddeyi ısıtmak için benmari cihazı	1 adet
F	Komple cut-down seti	yeteri kadar
G	Seldinger iğneleri	yeteri kadar
H	Kalp kateterizasyonu ve sineanjiogafi yapmak için çeşitli tür ve boyda kateterler	yeteri kadar
I	Sine filmleri ve serograf filmleri için otomatik banyo	1 adet

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ (EK- 3/8)		
A) POLİKLİNİK (EK 3/05 listesi)		
B) SERVİS (EK 3/03 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Kan şekeri ölçüm aleti (Glukometre)	yeteri kadar
2	Kan şekeri ölçüm stikleri	1 Kutu
3	Orşimetre	1 adet
4	Kemik yaş tayini için atlas	1 adet

ÇOCUK HEMATOLOJİSİ		
(EK- 3/9)		
A)SERVİS (EK- 3/03 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Kemik iliği aspirasyon seti	yeteri kadar
2	Kemik iliği biyopsi seti	5 adet
3	Lomber ponksiyon seti	5-10 adet
B) POLİKLİNİK (EK- 3/05 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Mikroskop	1 adet
C) LABORATUAR		

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Mikroskop	1 adet
2	Santrifüj	1 adet
3	Dansitometre	1 adet
4	Lam-lamel	yeteri kadar
5	Özel boyalar	yeteri kadar
6	Elektroforez tankı	1 adet
7	Güç kaynağı	1 adet
8	Aplikatör	1 adet
9	Otomatik pipet (değişik ölçülerde)	yeteri kadar
10	Koagülometre ve kitleri	1 adet
11	Buzdolabı	1 adet
12	Derin dondurucu	1 adet
13	Hemogram tüpü karıştırıcısı(mixer)	1 adet

ÇOCUK ALLERJİSİ (EK- 3/10)		
A) POLİKLİNİK (EK- 3/05 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Solunum fonksiyon cihazı	1 adet
2	Aerochamber	1 adet
3	Peakflowmetre ve yeterli disposable ağızlık	1 adet
4	Allerjen seti	1 adet
5	Lanset (deri testi için)	yeteri kadar
6	Buzdolabı	1 adet
B) SERVİS (EK- 3/03 listesi)		

ÇOCUK ONKOLOJİSİ (EK- 3/11)		
A- SERVİS (EK - 3/03 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Özel bölmeli yatak	yeteri kadar
2	Havalı yatak	1 adet
3	Kemoterapi hazırlama kabini	1 adet

	Kemoterapi hazırlanırken kullanılmak üzere;	
	a) Gözlük	yeteri kadar
	b) Kalın Maske	yeteri kadar
	c) Mavi Eldiven	yeteri kadar
	d) Kapalı sistem infüzyon ve ilaç hazırlama aparatları	yeteri kadar
	e) Nötropenik hastalar için disposable önlük ve maske	yeteri kadar
4	Kemik iliği aspirasyon seti (küçük-orta-büyük boy)	yeteri kadar
5	Kemik iliği biyopsi seti (küçük-orta-büyük boy)	yeteri kadar
6	Lomber ponksiyon seti	yeteri kadar
7	Laringoskop	1 adet
8	Ambu seti	1 adet
9	Endotrakeal tüp (Her boyda)	yeteri kadar
10	Seyyar Aspiratör	1 adet
11	Seyyar oksijen tüpü	1 adet
12	İnfüzyon pompası ve setleri	yeteri kadar
13	Monitör	1 adet

B) POLİKLİNİK (EK – 3/05 listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Laringoskop	1 adet
2	Ambu seti	1 adet
3	Aspiratör	1 adet
4	Oksijen tüpü yedek olarak	1 adet
5	Kemoterapi uygulama koltuğu	yeteri kadar
6	Lomber ponksiyon seti	yeteri kadar
7	Endotrakeal tüp (her boyda)	1 adet
8	Kemik iliği aspirasyon seti	yeteri kadar
9	Kemik iliği biyopsi seti	yeteri kadar

C) LABORATUVAR

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Mikroskop	1 adet
2	Santrifüj	1 adet
3	Sitosantrifüj	1 adet
4	Lam-lamel	yeteri kadar
5	Eritrosit sedimentasyon apereyi	yeteri kadar
6	Kan sayım cihazı	1 adet
7	Glukometre ve glukometre kiti	1'er kutu
8	PAS, Myeloperoksidaz, Asit fosfataz, Alkalen fosfataz, Alfa naftil asetat esteraz özel boyları	yeteri kadar

9	Wright boyası	1 kutu
---	---------------	--------

AMELİYATHANE (EK-3/D) (Her ameliyat salonu için)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Ameliyat masası ve rutin aksesuarları (Salon Başına)	1 adet
2	Ameliyat tavan lambası Ameliyat masası sayısı kadar	1 adet
3	Anestezi cihazı (tam otomatik/ventilatörlü)Ameliyat masası sayısı kadar	1 adet
4	Negatoskop Ameliyat masası sayısı kadar	1 adet
5	Seyyar ameliyat lambası (akülü)	1 adet
6	Flash Otoklav	1 adet
7	Cerrahi aspiratör Ameliyat masası sayısı kadar	1 adet
8	Elektrokoter (yakıcı ve kesici) Ameliyat masası sayısı kadar	1 adet
9	İşıldak (şarjli, akülü)-Ameliyat masası sayısı kadar	1 adet
10	Cerrahi testere motoru	1 adet
11	Kirli malzeme kovası (gazlı bez)	1 adet
12	Çöp kovası	3 adet
13	Kirli malzeme kovası (cerrahi giysi ve diğer malzeme için)	1 adet
14	Kirli malzeme kovası (kompres)	1 adet
15	Tansiyon aleti+steteskop	2 adet
16	Cerrahi Alet Masası	1 adet
17	Mayo Masası	1 adet
18	Tekli basamak	1 adet
19	İkili Basamak	1 adet
20	Anestezi sehpası	1 adet
21	Anestezi siperi	1 adet
22	Anestezi malzeme dolabı	1 adet
23	Larengoskop ve ambu seti	1 adet
24	Tabure	1 adet

GENEL CERRAHİ (EK- 3/12)		
A)SERVİS (EK- 3/01 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Pansuman arabası	1 adet

2	Biyopsi seti	1 adet
3	Ayaklı mobil cerrahi lamba	1 adet

B) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Pansuman seti	yeteri kadar
2	Böbrek küvet	2 adet

C)AMELİYATHANE (EK 3/ D listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Dil çekme aleti	2 adet
2	Esmark bandı	2 adet
3	Amputasyon bıçağı	1 adet
4	Çekiç	2 adet
5	Derin ekartör (3 dişli)	2 adet
6	Otomatik Ekartör	1 adet
7	Lastik sondalar (çeşitli)	İkişer adet
8	Boğaz aynası	2 adet
9	Trepenasyon	1 adet
10	Batın spatülü	1 adet
11	Tüp rektal	5 adet
12	Küvetler	yeteri kadar
13	Bistüri sapı	yeteri kadar
14	Dişli penset	4 adet
15	Dişsiz penset	4 adet
16	Düz makas	4 adet
17	Eğri makas	4 adet
18	Küret (çeşitli)	6 adet
19	Çarşaf pensi	24 adet
20	Koher pensi hemostatik	30 adet
21	Pean pensi	30 adet
22	Uzun koher pensi	8 adet
23	Portegü	6 adet
24	Trokar	2 adet
25	Dil baskısı	4 adet
26	Sonda kanül	4 adet
27	Stile (çeşitli)	4 adet
28	İğne (cilt, bağırsak, çeşitli)	yeteri kadar
29	Anal spekülüm	1 adet
30	Dişli ekartör (çeşitli)	2 adet

31	Faraböf ekartörü	4 adet
32	Batın ekartörü (çeşitli)	4 adet
33	Yabancı cisim pensi	1 adet

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ HASTALIKLARI (EK- 3/13)

A) AMELİYATHANE (EK-3/ D'ye ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	C-Kollu Röntgen cihazı	1 adet
2	Perferatör (elektrikli veya havalı kesme fonksiyonu olmak kaydı ile)	1 adet
3	El perferatörü	1 adet
4	Drill 2.7, 3.2 (her boydan)	İkişer adet
5	A.O tornavida (büyük-küçük)	İkişer adet
6	Havalı turnike ve esmark sargı	1 adet
7	Steinmann ve kirschner seti (muhtelif boyda)	yeteri kadar
8	Vida-plak seti (muhtelif boyda ve sayıda)	yeteri kadar
9	S Ekartör büyük ve küçük	2 adet
10	Tel kesici pensesi ve makası	2 adet
11	Kemik çengeli (hook)	1 adet
12	Kemik klempi (büyük-küçük)	İkişer adet
13	Osteotom (muhtelif boyda)	3 adet
14	Ortopedik çekiç (büyük-küçük)	Birer adet
15	Küret (büyük-küçük)	Birer adet
16	Biz	1 adet
17	Rongeur (pens kupon) (büyük-küçük)	1 adet
18	Tirbüşon	1 adet
19	Guj (büyük-küçük)	Birer adet
20	Periost elavatörü (rujin) (büyük-küçük)	Birer adet
21	Ampütasyon bıçağı veya gigli teli	1 adet
22	Dişli-dişsiz penset	İkişer adet
23	Koher pensi (büyük-küçük)	İkişer adet
24	Dişli (tırmık) ekartörü	2 adet
25	Çamaşır pensi	4 adet
26	Tek dişli ekartör veya parabeüf	2 adet
27	Derin tek dişli ekartör	2 adet
28	Portegü (büyük-küçük)	2 adet

29	Bistüri sapı (büyük-küçük)	2 adet
30	İplik makası, disseksiyon makası	2 adet
31	Moskito klemp	4 adet
32	90 derece açılı klemp	1 adet
33	Alçı motoru	1 adet
34	Alçı masası (pelvi pedal alçı yapılmasına uygun)	1 adet
B) SERVİS (Ek-3/01 listesi)		
C) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Alçı masası (alçı ve atel yapımına uygun) veya sehpası	1 adet
2	Alçı motoru, makası ve distraktör	Birer adet
3	Muhtelif boyda alçı, alçı pamuğu ve sargı bezi	yeteri kadar

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI (EK- 3/14)		
A) POLİKLİNİK (EK – 3/02 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Duvara monte otoskop	1 adet
2	Taşınabilir otoskop	1 adet
3	Kulak spekülümleri (çeşitli boy)	2'şer adet (her boy için)
4	Kulak aspiratör ucu (çeşitli boy)	2'şer adet (her boy için)
5	Buşon küreti (en az 3 boy)	2'şer adet (her boy için)
6	Burun spekülümleri (yetişkin ve çocuk)	5'er adet
7	Burun aspiratör ucu	4 adet
8	Bayonette	2 adet
9	Larenks aynası (üç boy)	2'şer adet
10	Nazofarenks aynası	2 adet
11	KBB muayene koltuğu	1 adet
12	Spiral lamba	1 adet
13	Cerrahi aspiratör	1 adet
14	Muhtelif Boylarda nazal Tampon	yeteri kadar
15	Diapozon (256 ve 512 cps)	1'er adet
B) SERVİS(Ek-3/01 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Cerrahi aspiratör	1 adet
2	Böbrek küvet	2 adet
3	Treakostomi seti	1 adet

4	Tonsillektomi kanamasında müdahale seti	2 adet
5	Pansuman seti	2 adet
C) AMELİYATHANE (EK-3/ D'ye ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	0,30 ve 70 derece rijit endoskoplara	1 adet
2	Küçük, orta ve büyük boy polip forsepsi	1'er adet
3	Ay bıçak	1 adet
4	Elevatör aspiratör	1 adet
5	Takayashu forsepsi	1 adet
6	Rongeur (küçük ve orta)	1'er adet
7	Burun aspiratör ucu (iki boy)	2'er adet
8	Cottle spekulumu	1 adet
9	Tekli hook	1 adet
10	Çiftli hook	1 adet
11	Cottle bıçağı	1 adet
12	Bisturi sapı (normal)	1 adet
13	Bisturi sapı (uzun)	1 adet
14	Çekiç	1 adet
15	Guj	1 adet
16	Freer elevatör	1 adet
17	Alar protektör	1 adet
18	Kolumelle retraktörü	1 adet
19	Burniks	1 adet
20	Metzembraum makas	1 adet
21	Elektro koter (Bipolar)	1 adet
22	İnce uçlu doku makası	1 adet
23	Timpanoplasti aspiratör uç takımı	1 adet
24	Wulstein ekartör (2,3 ve 4 dişli)	1'er adet
25	Pik (eğri ve düz)	1'er adet
26	İmparator ve normal tur sapı	1'er adet
27	Soğuk ışık kaynağı ve kablosu	1 adet
28	Kesici ve elmas tur uçları (4 boy)	2'er adet
29	Tur motoru	1 adet
30	Tur spirali	2 adet
31	Dış kulak yolu elevatörü	1 adet
32	Keskin ve künt raspa	1'er adet
33	Parasentez bıçağı	1 adet
34	Timsah forseps	2 adet

35	Alice forseps	2 adet
36	Portegü	2 adet
37	Adson penset	1 adet
38	Hemostat klemp	4 adet
39	Disseksiyon klempi	2 adet
40	Dişli ve dişsiz penset	1'er adet
41	Paravef ekartör	2 adet
42	Tonsil forsepsi	1 adet
43	Ağız açacağı ve bladeleri	1 adet
44	Uzun hemostat klemp	2 adet
45	Tonsil küreti	1 adet
46	Tonsil ansı	1 adet
47	Plika ekartörü	1 adet
48	Tonsillektomi statifi	1 adet
49	Adenoid küreti (küçük ve orta boy)	1'er adet

GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (EK- 3/15)

A) POLİKLİNİK(Ek-3/02 listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Uzak görme gücü muayenesi için içten aydınlatmalı uzak görme eşeli ve/veya projeksiyon eşeli	1 adet
2	Oftalmaskop	1 adet
3	İndrekt Oftalmaskop	1 adet
4	Retinoskop	1 adet
5	Fokometre	1 adet
6	Üç aynalı kontakt lens (gonyolens)	1 adet
7	+ 90 D. Asferik lens	1 adet
8	Şaşılık derecesi ölçümü için prizma cetveli ve/veya tekli prizma seti	1 adet
9	Biomikroskop+Applanasyon tonometresi ile birlikte	1 adet
10	Javal keratometre	1 adet
11	Tanı cihazları	
12	a) Biyometrik ultrasonografi cihazı	1 adet
13	b) Arka segment ultrasonografi cihazı (vitrektomi yapılacaksa)	1 adet

B) AMELİYATHANE(EK-3/D listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Koaksiyel ameliyat mikroskobu	1 adet
2	Yükseltip alçaltılabilir ameliyat masası	1 adet
3	Tercihan yükseltip alçaltılabilir operatör ameliyat koltuğu	1 adet
4	Fakoemülsifikasyon cihazı	1 adet
5	Dişçi turu ve/veya strayker	1 adet
6	Dekolman cerrahi seti	1 adet
7	Katarakt cerrahi seti (PEKKE+IOL)	1 adet
8	Katarakt cerrahi seti (Fako+IOL)	1 adet
9	Glokom cerrahi seti	1 adet
10	Şaşılık cerrahi seti	1 adet
11	DSR cerrahi seti	1 adet

C) SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Göze özel ilaç tepsisi	2 adet
2	Göz el lambası	2 adet
3	Ameliyat sonrası muayene odası	
	a) Biomikroskop	1 adet
	b) Aplanasyon ve/veya pulse-air tonometre	1 adet
	c) Punktum-dilatasyonu-lavajı sistemi	1 adet
	d) Ayarlanabilir sütür teknolojileri için gerekli cerrahi aletler	yeteri kadar

ÜROLOJİ (EK- 3/16)

A) SERVİS (Ek- 3/01 listesi)

B) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 Listesi)

C) AMELİYATHANE (EK-3/D listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Benike bujiler (Sistoskopi- endoskopi)	1 takım
2	Foley, nelaton, tiemann, pesser sondaları (her numaradan)	10'ar adet
3	Millin ekartörü	1 adet
4	Sistoskop (0,30 derece lens,17 Fsheat, bridge)	1 adet
5	20 Fsheat, yabancı cisim ve cold cup biopsi forsepsi	1 adet

6	Işık kaynağı ve fiberoptik ışık kablosu	1 adet
7	Üreter kateterleri (4, 5, 6 nolu)	2'şer adet
8	Basket kateter	1 adet
9	Böbrek pedikül klemleri (3'lü takım)	1 takım
10	Randall taş forsepsleri (4'lü takım)	1 takım
11	Buprikan ve lokal anestezi jel	1 kutu
12	Üreterorenoskopi (forsepsleri ile birlikte)	1 takım

NÖROLOJİ (EK- 3/17)

A)SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Refleks çekici	2 adet
2	Oftalmaskop	2 adet
3	Diapozon	1 adet
4	Ponksiyon seti	2 adet

B) POLİKLİNİK(EK-3/02 listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Refleks çekici	1 adet
2	Oftalmaskop	1 adet
3	Diapozon	1 adet

NÖRÖŞİRÜRJİ (EK- 3/18)

A) AMELİYATHANE (EK-3/D listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Setler	
	a)Kraniyotomi seti	1 adet
	b)Laminektomi seti	1 adet
	c)Cloward seti	1 adet
	d)Mikrocerrahi seti	1 adet
	e)Periferik sinir cerrahisi seti	1 adet
2	Ekartörler	
	a) Leyla ekartörü	1 adet
	b) Otomatik ekartörler (çeşitli)	1 adet
3	Çivili başlık	1 adet

4	Operasyon mikroskobu (OP-Mİ-MD)	1 adet
5	High-speed drill ve uçları	1 adet
6	Nöroşürjiye uygun ameliyat masası	1 adet
7	Bipolar koagülatör cihazı ve bayonet uçları	1 adet
8	Koter cihazı ve uçları	1 adet

B) SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Refleks çekici	1 adet
2	Diyapozon	1 adet
3	Mezüre	1 adet
4	Servikal Traksiyon Cihazı (Yetişkin Boy)	1 adet
5	Oftalmaskop	1 adet
6	Pansuman seti	yeteri kadar

C) POLİKLİNİK(Ek-3/02 listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Refleks seti	1 adet
2	Diyapozon	1 adet
3	Oftalmaskop	1 adet

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ (EK- 3/19)

A) SERVİS (Ek- 3/01 listesi)

B) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 Listesi)

C) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Rhinoplasti seti	2 adet
2	Plastik cerrahi seti (genel)	2 adet
3	Küçük biyopsi seti	1 adet
4	Bipolar koter	1 adet
5	Tur motoru	1 adet
6	Tur uçları	1 adet
7	Soğuk ışık kaynağı	1 adet

KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (EK- 3/20)**A) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesi)****B) SERVİS (Ek-3/01 listesi)****C) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye ek olarak)**

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Jinekolojik muayene masası	1 adet
2	Doğum masası	1 adet
3	Over pensi	2 adet
4	1, 2, 3 dişli rahim pensi	2'şer adet
5	Rahim küretleri	1 seri
6	Hegar bujileri	1 seri
7	Histerometre	1 adet
8	Vajinal spekülüm	yeteri kadar
9	Doğum için vakum cihazı	1 adet
10	Arter klemleri	4 adet
11	El .Dopleri (elektroptik çocuk kalp sesleri dinleme cihazı)	1 adet
12	Serviks için koparma biyopsi pensi	1 adet
13	Tenakulum	yeteri kadar
14	Uterus elevatör pensi	1 adet
15	Vajinal valvler	4 adet
16	Foley sondalar (16-18 numara)	1 düzine
17	Küvöz (enkübatör) veya Transport küvözü	1 adet
18	USG cihazı Trans vaginal Prop ile	1 adet
19	Diagnostik laparoskop	1 adet
20	Fetal monitör (NST)	2 adet
21	Doğum seti	yeteri kadar
22	Korman enjektör (Çeşitli boyda uçları)	yeteri kadar
23	Rubin Kanülü	1 adet
24	Menstürel regülasyon ve diğer küretaj setleri	2 şer adet
25	Aile planlaması polikliniği için RİA uygulama seti	2 adet
26	Aile Planlaması danışmanlığı için Eğitim malzemesi	yeteri kadar

KARDİOLOJİ (EK- 3/21)

A)SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)

	TÜRÜ:	MİKTARI:
1	Seyyar Oksijen tüpü	2 adet
2	Hasta Başı Monitörü	2 adet
3	Negatoskop	1 adet

B) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak)

	TÜRÜ:	MİKTARI:
1	Elektrokardiyografi cihazı	1 adet
2	Elektrokardiyograf Holteri	1 adet
3	Tansiyon Holteri	1 adet
4	Strest Test (Efor) Cihazı	1 adet

C) KORONER ANJİO LABORATUVARI

(Anjio yapılan hastanelerde zorunludur.)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Anjio cihazı	1 adet
2	Sinyal izleme cihazı (en az 4 kanal)	1 adet
3	Defibrilatör	1 adet
4	Oksijen tüpü	2 adet
5	İlaç dolabı (Acil müdahale için)	1 adet
6	Malzeme dolabı (sarf malzemeleri için)	1 adet
7	Aspiratör	1 adet
8	Perfüzör	2 adet
9	Geçici Pace Maker	2 adet
10	Ambu cihazı (erişkin ve çocuk için)	Birer adet
11	Acil müdahale arabası	1 adet
12	Larengoskop seti	1 adet
13	Entübasyon tüpü (değişik çaplarda)	yeteri kadar
14	Negatoskop	1 adet
15	Hareketli ışık kaynağı	1 adet

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ (EK- 3/22)**A) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye EK olarak)**

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Malzeme arabası	1 adet
2	Set arabası (büyük-küçük)	1 adet
3	Kardiyopulmoner bypass pompası	1 adet

4	Isıtıcı-Soğutucu	1 adet
5	Anestezi malzeme ve ilaç dolabı	1 adet
6	Monitör ve Basınç kablosu	2 adet
7	ACT cihazı	1 adet
8	Defibrilatör İnternal Kaşık ile	1 adet
9	Pace maker cihazı	1 adet
10	Kan şekeri ölçüm cihazı	1 adet
11	Benmari	1 adet
12	Duvar saati ve oda derecesi	1 adet
13	Perfüzör	4 adet
14	Kan pompası	2 adet
15	Perfüzyon malzeme arabası	1 adet
16	İntraaortik balon pompası veya posttkardiyotomi yetmezlik sonrası sol ventriküle destek cihazı	1 adet
17	Rektal ısı ölçüm cihazı	1 adet
18	Fibrilatör cihazı ve kordonu (opsiyonlu)	1 adet
19	Küçük buz kovası	1 adet
20	Buz makinesi	1 adet
21	Taşınabilir monitör	1 adet
22	Rektal prop	1 adet
23	Pulse oksimetre	1 adet
24	Testere ve motoru	1 adet
25	Tabure	1 adet
26	Doppler cihazı ve probu	1 adet
27	Kan Gazı Analiz Cihazı	1 adet
28	Anjiografi gösterme makinesi	1 adet
29	Azot tüpü	1 adet
30	Oksijen tüpü	2 adet
31	Kuru hava tüpü	1 adet
32	Boyama seti	1 adet
33	Derin dondurucu	1 adet

B) AÇIK KALP CERRAHİ SETİ

1	Pens	yeteri kadar
2	Çamaşır pensi	yeteri kadar
3	Dişli taygon klemp	yeteri kadar
4	Dren klempi	1 adet
5	Adi portegü	2 adet
6	İyi portegü	2 adet
7	6/0 portegü	2 adet
8	5/0 portegü	3 adet

9	Uzun portegü	1 adet
10	Tel portegü	1 adet
11	Mayo makas	1 adet
12	Disseksiyon makası	2 adet
13	Lima disseksiyon makası	1 adet
14	Safen disseksiyon makası	1 adet
15	Uzun makas	2 adet
16	Kapak makası	1 adet
17	Tubing makası	1 adet
18	Düz taygon klemp	6 adet
19	Satensky	2 adet
20	Side klemp	2 adet
21	Semb	2 adet
22	Kros klemp	2 adet
23	Alice	2 adet
24	Duval	2 adet
25	Dissektör	3 adet
26	Buji	8 adet
27	Kaşık ekartör	3 adet
28	Hook	1 adet
29	Siner çengeli	1 adet
30	Cilt ekartörü	1 adet
31	Sağ atriyum ekartörü	1 adet
32	Sol atriyum ekartörü	1 adet
33	Küçük faraböf	2 adet
34	Büyük faraböf	2 adet
35	Küret	1 adet
36	Keski	1 adet
37	Bistüri sapı	4 adet
38	Apex iğnesi	1 adet
39	Aortik suction konnektörü	1 adet
40	Dişli penset	2 adet
41	Dişsiz penset	1 adet
42	Uzun penset	4 adet
43	Russian penset	1 adet
44	Koroner penset	2 adet
45	Yemek kaşığı	1 adet
46	Klips	1 adet
47	Koroner makas	1 adet
48	Kıvrık makas	1 adet

49	Safen makası	1 adet
50	Kalem portegü	2 adet
51	Koroner prop (1-1,5 mm)	2 adet
52	Buldog	2 adet
53	Eđri iđne	1 adet
54	Damar klemleri	yeteri kadar
55	Dıvır ekartör	yeteri kadar
56	Böbrek küvet	yeteri kadar
57	Lima ekartör	yeteri kadar
58	Orta boy sternum ekartör	yeteri kadar
59	Pediartik sternum ekartör	yeteri kadar
60	Derin ayaklı ekart	yeteri kadar
61	Tubs	yeteri kadar
62	PDA aletleri	yeteri kadar
63	Akciđer ekart	yeteri kadar
64	Skapula ekart	yeteri kadar
65	Maleable ekart	yeteri kadar
66	Rujinler	yeteri kadar
C) POLİKLİNİK(Ek-3/02 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Crash-cart	1 adet
2	Vasküler doppler cihazı	1 adet
D) SERVİS (Ek- 3/01 listesine ek olarak)		

GASTROENTEROLOJİ (EK-3/23)		
A-SERVİS (Ek-3/01 listesi)		
B-POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesi)		
C- ENDOSKOPİ ÜNİTESİ		
	TÜRÜ	MİKTAR I
1	C kollu portable röntgen cihazı	1 adet
2	Üreaz testi	yeteri kadar
3	Sikleroterapi iđnesi	yeteri kadar
4	Fırça (örnek alma fırçası)	yeteri kadar
5	Hemoklips	yeteri kadar

6	Stend	yeteri kadar
7	Koter	yeteri kadar
8	Fleksibl sigmoidoskopi	1 adet
9	ERCP için yan görüşlü duodeneskop	2 adet Terapötik
10	ERCP kanülü (dispozıbl)	yeteri kadar
11	Papillotom	yeteri kadar - iğne uçlu dahil
12	Dilatasyon bujileri ve balonlar	yeteri kadar
13	Endosnografi	1 adet biyopsi probu ile birlikte
14	Snare	yeteri kadar
15	Üst GİS endoskopisi için gastroskopi cihazı	1 adet
16	Alt GİS endoskopisi için kolonoskopi cihazı	1 adet
17	Biopsi forsepsi	1 adet
18	Yabancı cisim forsepsi	1 adet
19	Basket	1 adet
20	Flouroskopik tetkik için TV monitörlü cihaz ve bunun için uygun düzenlenmiş bir oda	1 adet

PSİKİYATRİ (EK-3/24)		
A- POLİKLİNİK (EK - 3/02 listesi)		
B- SERVİS (Ek-3/01 listesi)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	EKT - Elektroşok cihazı	1 adet
2	Anestezi cihazı (özel dal hastaneleri için/ Genel hastanelerde ameliyathane olması nedeniyle gerek yoktur)	1 adet
3	Faradi Cihazı (isteğe bağlı)	1 adet

NEFROLOJİ (EK-3/25)	
A) POLİKLİNİK (EK – 3/02 listesi)	
B) SERVİS(Ek-3/01 listesi)	

ONKOLOJİ (EK-3/26)		
A) POLİKLİNİK (EK – 3/02 listesi)		
B) SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Konvansiyonel X ışını aygıtı (cilt tedavisine de cevap verecek nitelikte olmalı)	1 adet
2	Kobalt 60 teleterapi cihazı	1 adet
3	Duyar dozimetre	1 adet
4	Vajinal uygulamalar için sonradan yükleme cihazı ya da Radyum 226, Kobalt 60, Sezyum 137, İridyum 192 vb. radyoizotoplar ile bu uygulamaları yapacak set.	1 adet
5	Kurşunlu cam	3 adet
6	İzotop maşası	3 adet
7	Kurşunlu enjektör (çeşitli)	5 adet
8	İzotopları taşıyıcı araba	1 adet
9	İzotopları saklayıcı kurşunlu dolap ya da kuyu	1 adet
10	İzotop kalibratörü	1 adet
11	Çeker ocak	1 adet
12	Kurşunlu tuğla	yeteri kadar

DERMATOLOJİ (EK-3/27)		
A- SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Muayene masası	1 adet
2	Tansiyon aleti	1 adet
3	Steteskop	1 adet
4	Çeşitli enjektör ve enjektör iğnesi	Yeterli sayıda
5	Pansuman küveti	Yeterli sayıda
6	Seyyar oksijen tüpü	1 adet
7	Sterilizatör	1 adet
8	İdrar sondası	2'er adet

9	Yatak muşambası	5 adet
10	İdrar kabı	1 adet
11	Sürgü	1 adet
12	Eldiven	Yeterli miktarda

B) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Binoküler mikroskop	1 adet
2	Lam	500 adet
3	Lamel	500 adet
4	Petri kutusu	2 adet
5	Bistüri	yeteri kadar
6	KOH %20 solüsyon	yeteri kadar

GÖĞÜS HASTALIKLARI (EK-3/28)

A- SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Merkezi vakum olmayanlarda aspiratör	1 adet
2	Kan gazı cihazı	1 adet
3	Tekerlekli sedye	1 adet
4	Pulse oksimetre	1 adet
5	Ultrasonik nebulizatör	1 adet
6	Müdahale masası	1 adet

B) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Elektrokardiyografi cihazı	1 adet

GÖĞÜS CERRAHİSİ (EK-3/29)

A) SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Negatoskop	1 adet
2	Plevra ponksiyon iğnesi	yeteri kadar
3	Trakeostomi kanülleri	yeteri kadar
4	Rigid bronkoskop	1 adet
5	Forsepsler	yeteri kadar
6	Fiberoptik bronkoskop	1 adet
7	Müdahale masası	1 adet

B) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
--	------	---------

1	Steteskop	2 adet
2	Tansiyon aleti	2 adet
3	Nazogastrik sonda	yeteri kadar
4	İdrar sondası (kadın-erkek)	yeteri kadar
5	İdrar torbası	yeteri kadar
6	Bisturi	yeteri kadar
7	Dişli penset	yeteri kadar
8	Dişsiz penset	yeteri kadar
9	Düz makas	yeteri kadar
10	Eğri makas	yeteri kadar
11	Koher pensi (hemostatik)	30 adet
12	Uzun koher pensi	8 adet
13	Port-egü	6 adet
14	Trokar	2 adet
15	İğne (çeşitli)	yeteri kadar
16	Rujin (çeşitli)	2 adet
17	Dişli ekartör (çeşitli)	2 adet
18	Faraböt ekartör	4 adet
19	Arter klemleri	4 adet
20	Allis klemler	10 adet
21	Dissektör	4 adet
22	Makas (büyük-küçük)	1'er adet
23	Makas (eğri-düz)	2'şer adet
24	Bistüri sapı (20 ve 22 numara)	2 adet
25	Klemp (maskito)	5 adet
26	Monitör sistemi	2 adet
27	Makas (ince disseksiyon)	1 adet
28	Makas (iplik kesme)	1 adet
29	Makas (vasküler tip)	1 adet
30	Port-egü (platin uçlu)	1 adet
31	Port-egü (sternum teli için)	1 adet
32	Vasküler Port-egü (uzun)	1 adet
33	Vasküler Port-egü (kısa)	1 adet
34	Dissektör pensi (geniş açılı)	1 adet
35	Dissektör pensi (dar)	1 adet
36	Satinski pensi	1 adet
37	Satinski pensi (vasküler)	1 adet
38	Toraks ekartörü (finochietto) (uzun)	1 adet
39	Toraks ekartörü (finochietto) (orta)	1 adet
40	Toraks ekartörü (finochietto) (kısa)	1 adet
41	Atravmatik penset (uzun)	2 adet

42	Atravmatik penset (orta)	2 adet
43	Atravmatik penset (kısa)	2 adet
44	Vasküler atravmatik penset	3 adet
45	Düval pensi	2 adet
46	Ellis pensi	2 adet
47	Küçük bistüri sapı	2 adet
48	Defibrilatör	1 adet
49	Elektrokardiyografi cihazı	1 adet
50	Kan gazı cihazı	1 adet
51	Oksijen ve Azot tüpleri	2 adet
52	İnvaziv mekanik ventilatör	1 adet
53	Nebulizatör (hasta başı)	1 adet
54	İnfüzyon pompası	7 adet
55	Entübasyon fiberskopu	1 adet
56	Kan pompası	2 adet
57	Kesintisiz güç kaynağı	
58	Sedye	2 adet
59	Yoğun bakım yatağı	2 adet
60	Havalı yatak	

C) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Seyyar oksijen tüpü	1 adet
2	Negatoskop	1 adet
3	Tekerlekli sedye	1 adet

NÜKLEER TIP (EK-3/30)

A)SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Kurşun önlük	2 adet

B) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesi)

C) LABORATUAR		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Santrifüj	1 adet
2	Polistern tüp	yeteri kadar
3	Otoanalizör cihazı	1 adet
4	RIA yöntemi için Gama counter	1 adet

5	Pipet, pipet ucu	yeteri kadar
6	Spor	3 adet
7	Buzdolabı	1 adet
8	Bilgisayar	1 adet
D) RAPOR ODASI		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Negatoskop	1 adet
2	Bilgisayar ve Printer	Birer adet
E) SİNTİGRAFİ		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Gama kamera	1 adet
2	Film basma -Multiformat	1 adet
3	Film banyo	1 adet

AĞIZ VE DİŞ ÇENE HASTALIKLARI, ÇENE CERRAHİSİ (EK-3/31)		
A- POLİKLİNİK		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Cerrahi aspiratör	1 adet
2	Cerrahi mikromoor	1 adet
3	Tansiyon aleti	1 adet
4	Ayna	100 adet
5	Sont	100 adet
6	Presel	100 adet
7	Davye takımı (10'lu)	2 takım
8	Elavatör bein	10 adet
9	Elavatör Tohms (sağ-sol) takımı	10 adet
10	Elavatör Winter (sağ-sol)	10 adet
11	Cerrahi küret (çeşitli boylarda)	10 adet
12	Periost elevatörü	10 adet
13	Kemik pensi	2 adet
14	Kemik eđesi	2 adet
15	Port-egü	5 adet
16	Düz makas	5 adet
17	Eđri makas	5 adet
18	Ekartör (çeşitli boylarda)	5 adet
19	Çelik küvet (büyük)	5 adet
20	Çelik küvet (küçük)	5 adet
21	İlaç dolabı	1 adet
22	Bistüri sapı (3 numara)	5 adet

23	Çekiç	2 adet
24	Guj	2 adet
B) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye Ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Guj	2 adet
2	Ekskavatör	5 adet
3	Siman fulvarı	5 adet
4	Amalgam fulvarı	5 adet
5	Ağız spatülü	5 adet
6	Siman spatülü	5 adet
7	Periodotal küret seti	5 adet

ENFEKSİYON HASTALIKLARI (EK-3/32)		
A POLİKLİNİK (Ek - 3/02 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Pansuman seti	1 adet
B) SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Lomber Ponksiyon seti	3 adet

ÇOCUK CERRAHİSİ (EK-3/33)		
A- POLİKLİNİK (EK - 3/05 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Pansuman arabası	1 adet
2	Pansuman seti	yeteri kadar
B) SERVİS (Ek-3/03 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Yatak (büyük ve küçük boyda)	yeteri kadar
2	Küvöz veya radyant ısıtıcılı açık yatak	yeteri kadar
3	Fototerapi cihazı	yeteri kadar
4	Bebek ve büyük çocuk tartısı	Birer adet
5	Boy ölçer	1 adet
6	Pulse oksimetre	2 adet
7	Ventilatör	1 adet
8	Transport küvözü	1 adet
9	Pansuman arabası	1 adet
10	Buhar makinası	yeteri kadar

11	Mikroskop	1 adet
12	Glukometre cihazı	1 adet
13	İnfüzyon pompası	yeteri kadar
14	Cutdown- Biopsi seti	1 adet
15	Buzdolabı	yeteri kadar
16	Dansitometre	1 adet
C) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye Ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Elektirikli battaniye	yeteri kadar
2	Maskito klempi	8 adet
3	Benson klempi	1 adet
4	Çamaşır klempi	8 adet
5	Allis klempi	2 adet
6	Rightangle disseksiyon klempi	4 adet
7	Bistüri sapı	2 adet
8	Finochietto (küçük ve orta boy)	Birer adet
9	Penset	2 adet
10	Dişli penset	1 adet
11	Kocher klempi	1 adet
12	Adson penset	2 adet
13	Port-egü	2 adet
14	Doku makası	2 adet
15	Düz makas	1 adet
16	Roux ekartörü	2 adet
17	Hook retraktörü	1 adet
18	Farabeufekartör	2 adet
19	Deaver ekartörü	2 adet
20	Kocher ekartörü	2 adet
21	Weitlaner ekartör	2 adet
22	Over klempi	2 adet
23	Küvetler	yeteri kadar
24	Magill pensi	1 adet
25	Babcock forsepsi	1 adet
26	Stile	1 adet
27	Hemostatic klemp	8 adet
28	Hegar dilatatörleri	1 takım

RADYASYON ONKOLOJİSİ (EK-3/34)

	TÜRÜ	MİKTARI
--	-------------	----------------

1	Konvansiyonel X ışını aygıtı (cilt tedavisine de cevap verecek nitelikte olmalı)	1 adet
2	Kobalt 60 veya Lineer Akseleratör teleterapi cihazı	1 adet
3	Simülatör	1 adet
4	Duyar dozimetre	1 adet
5	Kurşunlu cam	3 adet
6	İzotop maşası	3 adet
7	7.Kurşunlu enjektör (çeşitli)	5 adet
8	İzotopları taşıyıcı araba	1 adet
9	İzotopları saklayıcı kurşunlu dolap ya da kuyu	1 adet
10	İzotop kalibratörü	1 adet
11	Çeker ocak	1 adet
12	Kurşunlu tuğla	yeteri kadar
13	TAEK tarafından istenen güvenlik setleri	yeteri kadar

ANESTESİ VE REANİMASYON (EK-3/35)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Anestezi cihazı (Arkalarında O2 ve N2O küçük silindir tüpleri dolu olarak bulunmalı)	(Ameliyat masası sayısında)
2	Aspiratör (merkezi veya taşınabilir)	Ameliyat masası sayısında)
3	Merkezi oksijen, hava, azot protoksit kaynağı veya taşınabilir tüpler	1'er adet
4	Monitör (En az 2 kanal EKG, 1 adet invaziv basınç, SpO2 (Pulse oksimetre- ETCO2 ve ısı takibi yapılabilirmeli)	(Ameliyat masası sayısında)
5	Larengoskop (acil, ameliyathane ve müdahale odalarında)	1'er adet
6	Zor entübasyon için	
	a) Düz bleydli larengoskop veya ucu kıvrılabilen bleydli larengoskop	1 adet
	b) Larengeal maske (her boyda)	1'er adet
7	Trakeostomi seti, perkütan veya acil trakeostomi (mini set)	1 adet
8	Defibrilatör (ameliyathane ve acil için)	1'er adet
9	Santral kateterizasyon için gerekli malzemeler (kateter, intraducer ara basınç kablosu, transducer)	
10	Arteriyal kateterizasyon için gerekli malzemeler (transducer)	
11	Ambu ve değişik boylarda maske (ameliyathane ve acil için)	1'er adet
12	Entübasyon tüpleri (her boyda)	1'er adet
13	Tansiyon aleti (ameliyathane ve acil için)	1'er adet
14	Steteskop (ameliyathane ve acil için)	1'er adet
15	Kan pompaları-500 cc (hızlı kan infüzyonu için)	yeteri kadar

GENEL YOĞUN BAKIM (EK-3/ 36)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Baş ve ayak kısmı bağımsız hareket edebilen Trandelenburg yapabilen CPR yapılabilen elektrikli otomatik yoğun bakım yatağı	Ruhsatında kayıtlı yoğun bakım yatak sayısı kadar
2	Seyyar oksijen tüpü	2 adet
3	Deve boynu	yatak sayısı kadar
4	Monitör	yatak sayısı kadar
5	Respiratör	yatak sayısı kadar
6	Test balonu	yeteri kadar
7	Perfüzör	yatak sayısı kadar
8	Perfüzör ayağı	yatak sayısı kadar
9	Crash-Cart:	1 adet
	a) Defibrilatör	
	b) Ambu	
	c) Larangeskop	
	d) Oksijen tüpü	
	e) Guide	
	f) Oksijen jakı	
	g) Mayi askısı	
	h) Makas	
10	Pace-maker (internal-external)	1 adet
11	Klemp	3 adet
12	Negatif basınç manometresi	yatak sayısı kadar
13	İntermitan devamlı oksijen manometresi	yatak sayısı kadar
14	Suction cihazı (Trunka bağlı)	yatak sayısı kadar
15	Hasta başı merkezi hava oksijen vakum sistemi	yatak sayısı kadar
16	Seyyar aspiratör	2 adet
17	Hasta ısıtma sistemi	yatak sayısı kadar
18	Nebülizatör	2 adet
19	Seyyar cerrahi lambası	1 adet
20	Koter cihazı	1 adet
21	Volüm pompası	yatak sayısı kadar
22	Benmari	1 adet
23	Elektrokardiyografi cihazı	1 adet
24	ACT cihazı	1 adet
25	CO cihazı	1 adet
26	Doppler cihazı (EI)	1 adet
27	Bronkoskop	1 adet
28	Negataskop	2 adet

29	Işıldak	1 adet
30	Havalı yatak	2 adet
31	Pulse Oksimetre kablosu	yatak sayısı kadar
32	Kan pompası	3 adet
33	Buzdolabı	1 adet
34	Böbrek küvet	yeteri kadar
35	Makas	3 adet
36	Meggy pensi	1 adet
37	Pansuman seti	3 adet
38	Dikiş seti	1 adet
39	Küret	1 adet
40	Dren çekme seti	1 adet
41	Steril setler	
	a) Acil müdahale seti	1 adet
	b) Dren takma seti	1 adet
	c) Trakeostomi seti	1 adet
	d) Balon takma seti	1 adet
	e) Cut-down seti	1 adet
42	Sürgü yıkama makinesi	1 adet
43	Buz makinesi	1 adet
44	Kuru hava tüpü	1 adet
45	Tekerlekli sandalye (delikli)	1 adet
46	Narkotik kutusu	1 adet
47	Ambu cihazı	yatak sayısı kadar

CERRAHİ YOĞUN BAKIM (EK-3/37)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Baş ve ayak kısmı hareket edebilen elektrikli otomatik karyola	Yoğun Bakım yatak sayısı kadar
2	Seyyar oksijen tüpü	2 adet
3	Deve boynu	Yoğun Bakım yatak sayısı kadar
4	İlaç dolabı	1 adet
5	Monitör	2 adet
6	Respiratör	2 adet
7	Test balonu	yeteri kadar
8	Perfüzör	6 adet
9	Perfüzör ayağı	1 adet

10	Sistem sehpası	1 adet
11	Basamak	1 adet
12	Crash-Cart:	1 adet
	a) Defibrilatör	
	b) Ambu	
	c) Larangeskop	
	d) Oksijen tüpü	
	e) Guide	
	f) Oksijen jakı	
	g) Mayi askısı	
	h) Makas	
13	Pace-maker (internal-external)	1 adet
14	Klemp	3 adet
15	Negatif basınç manometresi	3 adet
16	İntermitan devamlı oksijen manometresi	3 adet
17	Hasta başı merkezi hava oksijen vakum sistemi	3 adet
18	Seyyar aspiratör	1 adet
19	Hasta ısıtma sistemi	3 adet
20	Nebülizatör	1 adet
21	Seyyar cerrahi lambası	1 adet
22	Koter cihazı	1 adet
23	Tansiyon aleti	1 adet
24	Steteskop	1 adet
25	Volüm pompası	1 adet
26	Benmari	1 adet
27	Elektrokardiyografi cihazı	1 adet
28	Negataskop	3 adet
29	İşıldak	1 adet
30	Havalı yatak	1 adet
31	Pulse Oksimetre kablosu	1 adet
32	Kan pompası	3 adet
33	Buzdolabı	1 adet
34	Oda derecesi	1 adet
35	Böbrek küvet	3 adet
36	Makas	3 adet
37	Meggy pensi	1 adet
38	Pansuman seti	3 adet
39	Dikiş seti	1 adet
40	Küret	1 adet
41	Dren çekme seti	1 adet
42	Steril setler	

	a) Acil müdahale seti	1 adet
	b) Dren takma seti	1 adet
	c) Trakeostomi seti	1 adet
	d) Cut-down seti	1 adet
43	Yıkama ve kurutma makinası (sterilizasyon)	1 adet
44	Sürgü yıkama makinası	1 adet
45	Atık kovası	4 adet
46	Kuru hava tüpü	1 adet
47	Tekerlekli sandalye (delikli)	1 adet
48	Sedye	1 adet
49	Narkotik kutusu	1 adet
50	Tartı	1 adet

KARDİOLOJİ YOĞUN BAKIM (EK-3/38)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Baş ve ayak kısmı hareket edebilen elektrikli otomatik karyola	Yoğun Bakım yatak sayısı kadar
2	Monitör (KB, EKG takibi yapılabilecek)	2 adet
3	Defibrilatör	1 adet
4	EKG cihazı	1 adet
5	Transport ventilatörü	1 adet
6	Transport monitörü	1 adet
7	İntraaortik balon pompası	1 adet
8	Ventilatör	2 adet
9	Ambu cihazı (Erişkin ve Çocuk için)	Birer adet
10	Laringoskop	1 adet
11	Seyyar Aspiratör	1 adet
12	İnfüzyon pompası	yatak sayısı kadar
13	Perfüzör	yatak sayısı kadar
14	Nebülizatör	1 adet
15	Seyyar oksijen tüpü	2 adet
16	Entübasyon tüpü (değişik çaplarda)	yeteri kadar

KVC YOĞUN BAKIM (EK-3/39)		
	TÜRÜ	MİKTARI

1	Baş ve ayak kısmı bağımsız hareket edebilen Trandelenburg yapabildi CPR yapılabildi elektrikli otomatik yoğun bakım yatağı	Ruhsatında Kayıtlı en az 2 adet yatak
2	Monitör kvc hastalarına yönelik	yatak sayısı kadar
3	Defibrilatör	1 adet
4	Elektrokardiyografi cihazı	1 adet
5	Transport ventilatörü	1 adet
6	Transport monitörü	1 adet
7	İntraaortik balon pompası	1 adet
8	Ventilatör	yatak sayısı kadar
9	Ambu cihazı (erişkin ve çocuk için)	1 adet
10	Laringoskop	2 adet
11	İnfüzyon pompası	yatak sayısı kadar
12	Perfüzör	yatak sayısı kadar
13	Nebülizatör	2 adet
14	Seyyar oksijen tüpü	2 adet
15	Entübasyon tüpü (değişik çaplarda)	yeteri kadar
16	Hasta başı sandalyesi	yatak sayısı kadar
17	Test balonu	yeteri kadar
18	Crash-Cart:	1 adet
	a) Defibrilatör	1 adet
	b) Ambu	1 adet
	c) Larangeskop	1 adet
	d) Oksijen tüpü	1 adet
	e) Guide	1 adet
	f) Oksijen jakı	1 adet
	g) Mayi askısı	1 adet
	h) Makas	1 adet
19	Pace-maker (internal-external)	1 adet
20	Klemp	3 adet
21	Negatif basınç manometresi	yatak sayısı kadar
22	İntermitan devamlı oksijen manometresi	yatak sayısı kadar
23	Suction cihazı (Trunka bağlı)	yatak sayısı kadar
24	Seyyar aspiratör	2 adet
25	Hasta ısıtma sistemi	yatak sayısı kadar
26	Nebülizatör	2 adet
27	Seyyar cerrahi lambası	1 adet
28	Koter cihazı	1 adet
29	Volüm pompası	yatak sayısı kadar
30	ACT cihazı	1 adet
31	CO cihazı	1 adet

32	Doppler cihazı (El)	1 adet
33	Negataskop	2 adet
34	Işıldak	1 adet
35	Havalı yatak	2 adet
36	Pulse Oksimetre kablosu	yatak sayısı kadar
37	Kan pompası	3 adet
38	Buzdolabı	1 adet
39	Böbrek küvet	yeteri kadar
40	Meggy pensi	1 adet
41	Pansuman seti	3 adet
42	Dikiş seti	1 adet
43	Küret	2 adet
44	Dren çekme seti	1 adet
45	Steril setler	
	a) Acil müdahale seti	1 adet
	b) Dren takma seti	1 adet
	c) Trakeostomi seti	1 adet
	d) Balon takma seti	1 adet
	e) Cut-down seti	1 adet
46	Sürgü yıkama makinesi	1 adet
47	Buz makinesi	1 adet
48	Atık kovası	4 adet
49	Kuru hava tüpü	1 adet
50	Tekerlekli sandalye (delikli)	1 adet
51	Narkotik kutusu	1 adet
52	Ambu cihazı	yatak sayısı kadar
53	İABP Konsolu	1 adet

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM (EK-3/40)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Bebek tartısı	1 adet
2	Muayene masası	1 adet
3	Radyant ısıtıcılı açık yatak	1 adet
4	Küvöz	2 adet (ilave her 10 kadın doğum hasta yatağına 1 adet)
5	Transport küvözü	1 adet
6	Fototerapi cihazı	10 hasta yatağına 1 adet

7	Pulse oksimetre	1 adet
8	Basınç kontrollü respiratör	1 adet
9	Hasta başı monitörü (doppler tansiyon aletli)	1 adet
10	Kot yatak	6 adet
11	Aspiratör	1 adet
12	Laringoskop (Düz bıçaklı seti)	1 adet
13	Ambu (Hava kesesi)	1 adet
14	Term ve preterm bebek için ambu maskesi	2 adet
15	Steteskop	2 adet
16	Oftalmoskop	1 adet
17	Otoskop	1 adet
18	Negatoskop	1 adet
19	Term ve preterm bebek için 0-1 nolu airway	2 adet
20	Seyyar oksijen tüpü	1 adet
21	Glukometre cihazı	1 adet
22	Mezüre	1 adet
23	Termometre	1 adet
24	Disponible kan değişim seti	3 adet
25	İnfüzyon pompası	3 adet
26	Etüv (hastane genelinde yok ise)	1 adet
27	Otomatik süt sağma makinası	1 adet
28	Otomatik süt sağma seti	4 adet
29	Umbilical Arter-Ven Kateteri	Yeteri Kadar
30	C.V Kateter	Yeteri Kadar
31	İşitme Tarama Cihazı	1 adet
32	Portable Röntgen Cihazı	1 adet
33	Kan gazı Cihazı (Hastane genelinde yoksa)	1 adet
34	Bilirubin Ölçüm Cihazı	1 adet
35	Santrifüj Cihazı	1 adet
36	Nebülizatör	1 adet
37	Defibrilatör	1 adet

BİYOKİMYA LABORATUARI (EK-3/41)

	TÜRÜ	MİKTARI
--	-------------	----------------

A) BİYOKİMYA KAN ANALİZLERİ:		
1	Masaüstü tipte tam veya yarı otomatik analizör (Ortalama 100 test/saat)	1 adet
2	Otoanalizör (10 test/saat)	1 adet
3	Otoanalizörde kullanılacak kitlerin uygun koşullarda saklanması için laboratuvar tipli buzdolabı	1 adet
4	Derin dondurucu	1 adet
5	Etüv	1 adet
6	Kan gazı cihazı	1 adet
B) İDRAR ANALİZLERİ:		
1	İdrar strip okuyucusu	1 adet
2	16-24 tüplük, 0-4000 d/d'de çalışan santrifüj	2 adet
3	Işık mikroskobu	1 adet
4	24'lük tüp sporu	yeteri kadar
5	15'lik dibi konik santrifüj tüpleri	yeteri kadar
6	Mezüre	yeteri kadar
7	Dansitometre	1 adet
8	Numune almak üzere idrar kapları	yeteri kadar
E) DİĞER MALZEMELER		
1	Otomatik pipet (0-100 ml'lik)	2 adet
2	Otomatik pipet ucu (0-100 ml'lik)	1000 adet
3	Otomatik pipet (100-1000 ml'lik)	2 adet
4	Otomatik pipet ucu (100-1000 ml'lik)	1000 adet
5	Lam-lamel	yeteri kadar
6	Cam balon 1000 ml'lik	1 adet
7	Cam balon 2000 ml'lik	2 adet
8	Cam mezüre 100 ml'lik	1 adet
9	Cam mezüre 500 ml'lik	1 adet
10	Cam mezüre 1000 ml'lik	1 adet
11	Deney tüpleri	yeteri kadar
12	Biyokimyasal, hematolojik amaçlı vacutainer tüpleri	yeteri kadar

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI (EK-3/42)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Mikroskop	1 adet
2	Etüv (elektrikli)	1 adet
3	Genel santrifüj	1 adet
4	Otoklav	1 adet
5	Benmari	1 adet

6	Buzdolabı	1 adet
7	Hassas terazi	1 adet
8	Elektrikli kuru sterilizatör	1 adet
9	Aglütinaskop	1 adet
10	Laboratuvar saati	1 adet
11	Bunzen beki	3 adet
12	Tüp sporları	10 adet
13	Porselen havan (Büyük boy)	1 adet
14	Emaye küvet	3 adet
15	Spatül	3 adet
16	Öze	5 adet
17	Amyantlı tel levha	1 adet
18	Steril lanset	1 kutu
19	Thoma lamı	2 adet
20	Lökosit pipetleri	yeteri kadar
21	Çeşitli hacimli enjektörler	yeteri kadar
22	Pipetler (çeşitli)	yeteri kadar
23	Deney tüpleri (çeşitli)	yeteri kadar

**PATOLOJİ LABORATUARI
EK-3/43**

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Binoküler mikroskop	1 adet
2	Kızaklı ya da rötarlı mikrotom	1 adet
3	Etüv	1 adet
4	Bisturi-pens- makas (çeşitli)	Birer adet
5	Lam-lamel	yeteri kadar
6	Parafin, ksilol, boya maddeleri, alkol	yeteri kadar

ENDOKRİNOLOJİ VE METOBOLİZMA HASTALIKLARI (EK-3/44)

A-SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)

1	İdrar sticleri (Keton stiği ve glikoz stiği)	yeteri kadar
2	Bel ve kalça ölçümü için mezura	1 adet
3	Boy ve kilo ölçümü için cihaz	1 adet

B-POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak)

	TÜRÜ	MİKTARI
1	Glukometre	1 adet
2	İnfizyon pompa ve setleri	1 adet
3	Monofilament ve refleks çekici	1 adet

4	Bel ve kalça ölçümü için mezura	1 adet
5	Boy ve kilo ölçümü için cihaz	1 adet

GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ (EK-3/45)		
A-POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesi)		
B-SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)		
	TÜRÜ	MİKTARI
1	Monitör (nabız, kan basıncı, parsiyel oksijen basıncı ölçebilen SpO2 -ETCO2 ve ısı takibi yapılabilecek)	1 adet
2	En az 2 kanal EKG	1 adet
C-ENDOSKOPI ÜNİTESİ (Ek-3/23 listesi)		
D-AMELİYATHANE (Ek3/D listesine ek olarak)		
1	Laporoskopi seti (ileri laporoskopi yapmaya uygun)	yeteri kadar
2	Endocerrahi el aletleri	yeteri kadar

EK

-4

**ÖZEL HASTANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLARIN
TÜRLERİ VE ASGARİ MİKTARLARI**

	İLAÇ TÜRÜ	MİKTARI
1	Adrenalin ampul 1 mg.	Yeteri sayıda
2	Aminocardol ampul	Yeteri sayıda
3	Atropin ampul 1/4 mg.	5 adet
4	Antihistaminik ampul	5 adet
5	Analjezik ampul	5 adet
6	Antispasmodik ampul	5 adet
7	Antianksiyetik ampul	5 adet
8	(Mülga:R.G.-11/3/2009-27166)	
9	Antiseptik solüsyon	500 cc
10	Oksijenli su	500 cc
11	Polivinil prolidone iyot sol.	500 cc
12	Heparin	5 adet

13	İsoptin ampul	5 adet
14	Pronestyl ampul + Beta Blokörler	5 adet
15	K. Vit. Ampul	5 adet
16	Kortikosteroid ampul ve Sol.	5 adet
17	Narkotik analjezik ampul	5 adet
18	Methergine ampul	5 adet
19	Serum Glycose % 5 + 500 cc.	5 adet
20	Serum Glycose % 30 + 500 cc.	5 adet
21	İsolyte sol. 500 cc.	5 adet
22	Mannitol % 20'lik 500 cc.	5 adet
23	İnsuline cristalise	5 adet
24	Flaster	5 adet
25	Diüretik ampul	5 adet
26	Lokal anestezik ampul veya flakon	Yeterli sayıda
27	Muhtelif cins ve ebatta suture materyeli	Yeterli sayıda

EK -5

ZORUNLU ÖZEL HASTANELERİN ACİL ÜNİTESİNDE BULUNMASI ASGARİ İLAÇ LİSTESİ

	İLAÇ TÜRÜ	MİKTARI
1	Hemostatik ampul	Yeteri sayıda
2	K Vit	Yeteri sayıda
3	Heparin	Yeteri sayıda
4	Protamin sülfat ampul	Yeteri sayıda
5	Aminocardol ampul	Yeteri sayıda
6	Ephedrin ampul	Yeteri sayıda
7	Kortikosteroid ampul ve solüsyon	Yeteri sayıda
8	Antihistaminik ampul	Yeteri sayıda
9	Analjezik ampul	Yeteri sayıda
10	Antispazmodik ampul	Yeteri sayıda
11	Narkotik-Analjezik ampul	Yeteri sayıda
12	Antianksiyetik ampul	Yeteri sayıda
13	%5 Dextroz 500 cc.	Yeteri sayıda
14	%30 Dextroz 500 cc.	Yeteri sayıda

15	Isolyte 500 cc.	Yeteri sayıda
16	%20 Mannitol 500 cc.	Yeteri sayıda
17	Kristalize İnsulin	Yeteri sayıda
18	Antiemetik ampul	Yeteri sayıda
19	Alkol	Yeteri sayıda
20	Oksijenli su	Yeteri sayıda
21	Flaster	Yeteri sayıda
22	Serum antidifterique	Yeteri sayıda
23	Penicillin	Yeteri sayıda
24	Diüretik ampul	Yeteri sayıda
25	Naloxan ampul	Yeteri sayıda

EK-6
ÖZEL HASTANELERİN ACİL ÜNİTESİNDE BULUNMASI
ZORUNLU
ASGARİ ARAÇ VE GEREÇ LİSTESİ

	TÜRÜ	MİKTARI
(Ek-3/01 listesine ek olarak)		
1	Trakeostomi kanülleri (çeşitli)	2'şer adet
2	Yatak muşambası	5'şer adet
3	Buz kesesi	6 adet
4	Mobil röntgen cihazı	1 adet
5	Batın ponksiyon iğnesi	2 adet
6	Plevra ponksiyon iğnesi	2 adet

(Değişik:RG-24/5/2010-27590)

EK-7

ÖZEL HASTANE FAALİYET İZİN BELGESİ

Hastanenin

Adı

.....

Adresi

.....

Sahibinin Adı

.....

Ruhsat

Tarih

ve

Sayısı

.....

Poliklinik sayısı

.....

Toplam Hasta Yatak Sayısı : RakamlaYazı ile dır.

Yoğun Bakım Yatak Sayısı : Rakamla Yazı ile..... dır.

Gözlem Yatak Sayısı : Rakamla Yazı ile dır.

Ücretsiz Hasta Tedavilerine

Ayrılan Yatak Sayısı :

1) Hasta Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları:

a) Kadrolu uzman tabiplerce hizmet verilen dallar:.....

b) Kısmi zamanlı uzman tabiplerce hizmet verilen dallar:.....

2) Konsültan uzman tabiplerce hizmet verilen dallar:.....

3) Yoğun Bakım Üniteleri:.....

4) Laboratuvarlar (Hastane bünyesinde kurulanlar ayrıca belirtilecek):.....

5) Radyoloji Ünitesi (Hastane bünyesinde kurulanlar ayrıca belirtilecek):.....

6) Diğer Tıbbi Birim ve Merkezler:.....

7) Sözleşme ile satın aldığı hizmetler:.....

Özel hastanelerle ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hasta kabul ve tedavi etmek üzere yukarıda yazılı özel hastanenin faaliyet göstermesi için/..../..... tarihinde işbu belge verilmiştir.

ONAY

EK- 8

ÖZEL HASTANE ÜCRETSİZ HASTA FORMU

Hastanenin:

İli:

İsmi:

Yatak sayısı:
Ücretsiz hasta tedavilerine ayrılan yatak sayısı:

Sıra No:	PROTOKOL NO: HASTA DOSYA NO:	HASTANIN KİMLİK BİLGİLERİ: -ADI -SOYADI -YAŞ -BABA ADI -DOĞUM YERİ -ADRESİ	HASTANIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU: -S.S.K. -BAĞ-KUR -EMEKLİ SANDIĞI -YEŞİL KART -2022 -VE DİĞER	SEVKEDEN BİRİM: -VALİLİK -SAĞ. MÜD. -HASTANE YÖNETİMİ	MÜRACAAT TARİHİ:	YAPILAN TEDAVİ	TEDAVİ GİDERİ TOPLAMI -YATAK ÜCRETİ - AMELİYAT ÜCRETİ -TIBBİ MALZEME VE İLAÇ TUTARI -DİĞER	ÇIKIŞ TARİHİ YATTIĞI GÜN SAYISI

Formun
tarih:...../...../200.

düzenlendiği

Mesul Müdür
İmza-Kaşe

EK-9

MÜŞTEREK TEKNİK RAPOR

Ruhsat talebi ile başvuran özel hastane hizmet binasına veya binalarına ait projelerin, binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin uygunluğu İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğüne oluşturulacak bir Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir.

Müşterek Teknik Komisyon, İl Sağlık Müdürü veya görevlendireceği bir Sağlık Müdür Yardımcısı ile bir teknik personel, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden bir mimar, birer makine, elektrik ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulur. Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususları inceler:

- 1) Yer seçimi uygun mu? (İl Trafik Komisyonu Raporu eklenecek)
- 2) Ön izin belgesi var mı? Zorunlu değişiklikler halinde Bakanlık Onayı alınmış mı?
- 3) Bina müstakil mi? Bina özel hastane olarak mı inşa edilmiş?
- 4) Hasta odaları, koridorlar, merdivenler, asansörler ile ilgili mevcut durum nedir?
- 5) Poliklinik muayene odaları, Yönetmeliğin 23 üncü maddesine uygun mu?
- 6) Ameliyathaneler, Yönetmeliğin 24 üncü maddesine uygun mu? Ameliyet salon yüksekliği ve net kullanım alanları uygun mu?

7) Yoğun bakım üniteleri, Yönetmeliğin 25 inci maddesine uygun mu?

8) Gözlem odaları Yönetmeliğin 25/A maddelerine uygun mu?

- 9) Acil ünitesi, Yönetmeliğin 26 ncı ve 39 uncu maddelerine uygun mu?
- 10) Eczane, Yönetmeliğin 27 nci maddesine uygun mu?
- 11) Laboratuvarlar, Yönetmeliğin 28 inci maddesine uygun mu?
- 12) Isıtma, havalandırma ve aydınlatma şartları, Yönetmeliğin 32 nci maddesine uygun mu?
- 13) Morg, Yönetmeliğin 35 inci maddesine uygun mu?
- 14) Mutfak ve çamaşırhane, Yönetmeliğin 36 ncı maddesine uygun mu?
- 15) Ambulans, Yönetmeliğin 40 inci maddesine uygun mu?
- 16) Tıbbî kayıt ve arşiv sistemi 48 inci, 49 uncu ve 50 nci maddelerine uygun mu?
- 17) Jeneratör, Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun mu?
- 18) Özürlülere ilişkin düzenlemeler, Yönetmeliğin 31 inci ve 34 üncü maddelerine uygun olarak yapılmış mı?
- 19) Tıbbî atıklar için 33 üncü maddeye uygun düzenlemeler yapılmış mı?
- 20) Telefon santralı var mı?
- 21) Yangın merdiveni var mı? Yangına karşı gereken önlemler alınmış mı?

İl Sağlık Müdürlüğü

Müdürlüğü

İl Bayındırlık ve İskan

**(İncelemeyi yapan yetkililerin)
yetkililerin)**

(İncelemeyi yapan

Adı-Soyadı-Görevi

Adı-Soyadı-Görevi

İmza

İmza

Açıklama: Müşterek teknik raporda; hastanenin hizmet vermek istediği hastane türü, binanın niteliği, kat sayısı, tüm katlardaki hasta odalarının, teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısı ve nitelikleri, yatak sayısı ve sınıfları, bütün birimlerdeki tefriş ve tıbbî donanımın asgari standartlara uygunluğu gibi hususlar detaylı olarak belirtilmelidir.

EK-10

ÖZEL HASTANE AÇILIŞINDA İSTENECEK BELGELER LİSTESİ

Başvuru dilekçesinde:

- a) Hastanenin adı,
- b) Hastanenin yeri, açık adresi, telefonu,
- c) Hastane sahibinin açık ismi,
- d) Hastane yapısı ve yapının nitelikleri,
- e) Hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edileceği,
- f) Hastanenin hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı ile gözlem yatak sayısı

belirtilir.

Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

- a) Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi,
- b) Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya valilik tarafından onaylanmış tam takım mimari proje içinde; 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığı üç takım mimari proje,
 - c) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesi,
 - d) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,
 - e) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise, sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği veya vakıf tarafından açılacak ise, vakıf senedinin bir örneği,
 - f) Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı,
 - g) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu,
 - h) Ambulans ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin noter tasdikli örneği,
 - i) Mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı ile ilgili olarak;
 - 1) Özel hastanede mesul müdür veya mesul müdür yardımcısı olarak çalışacağına ilişkin noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,
 - 2) Türkiye’de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgeler,
 - 3) Resmî veya özel başka herhangi bir işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi,
 - 4) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,
 - 5) Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği,
 - 6) Tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,
 - 7) Adlî sicil kaydı,
 - 8) Tabip odası kayıt belgesi,
 - 9) İkametgah belgesi,
 - i) Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi, hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin sözleşme örneği ve diplomasının örneği,
 - j) EK-3’e göre bulunması zorunlu tıbbî araç ve gereçlerin onaylanmış envanteri,
 - k) EK-4’e göre bulundurulması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi,
 - l) EK-5’e göre acil ünitesinde bulunması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi,
 - m) EK-6’ya göre acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin onaylanmış listesi,
 - n) İlgili dal uzmanlarının raporu,
 - o) Tıbbî atık raporu,
 - ö) Müşterek teknik rapor.

EK-11
ÖZEL DAL HASTANELERİNİN ALT YAPI STANDARTLARI
VE
BAZI UZMANLIK DALLARINDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ STANDARTLAR

a-) Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi

Kadın hastalıkları ve doğum dalında hizmet verecek dal hastaneleri ile kadın hastalıkları ve doğum dalında hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde, bu yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;

- 1) Doğum yapan hastaların yatacağı hasta odalarında bir bebek yatağı bulunması,
- 2) On hasta yatağı için iki yenidoğan yoğun bakım yatağı, ilave her on hasta yatağı için de iki adet olmak üzere yenidoğan yoğun bakım yatağı ayrılması,
- 3) Doğum odası ile bağlantılı bir sancı odası olması,
- 4) Sancı odasında tuvalet ve lavabo bulunması,
- 5) Bebek Dostu Hastane çalışmalarından sorumlu bir personel görevlendirilmesi ve sorumlu personel görevinden ayrıldığı takdirde en geç altı ay içinde yeni bir personelin görevlendirilmesi,
- 6) Poliklinik katında veya çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniği yakınında emzirme mekanı oluşturulması ve yönlendirme işaretleri ile gösterilmesi,
- 7) Doğum salonunda görev yapan personelden en az iki kişinin neonatal resüsitasyon programı eğitimi almış olması,

gerekir.

Kadın hastalıkları ve doğum dalında hizmet verecek dal hastanelerinde;

- a) Doğum sırasında ve doğum sonrasında hastanedeki yenidoğana hizmet verilmek üzere çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı veya neonatoloji uzmanının bulundurulması,
- b) Kadın sağlığı polikliniği, jinekoloji polikliniği , menopoz polikliniği, gebe izlem odası, diyet polikliniği, aile planlaması ve uygulama odası, seminer odası ve psikolog odasından oluşan aile planlaması ve uygulama ünitesi, jinekoloji müdahale odası ve NST odası olarak ayrı ayrı düzenlenir veya bu hizmetlerin verilmesine uygun olarak düzenlenen en az iki adet olmak üzere yeterli sayıda poliklinik odası bulunmalıdır.
- c) **(Değişik:RG-15/2/2008-26788)** Biyokimya laboratuvarı ile mamografi bulunur.

Ayrıca;

Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde veya kadın sağlığı polikliniğinde, her kadının izlem protokolüne göre izlenmesinin sağlanması,

Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde veya jinekoloji polikliniğinde, genital kanser taraması için her kadından servikal smear alınması, her kadına kendi kendine meme muayenesi öğretilmesi ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon taraması yapılmasının sağlanması,

Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde veya aile planlaması ve uygulama odası aile planlaması danışmanlığı için aile planlaması eğitimi verecek sağlık personeli olarak ebenin bulundurulması gerekir.

b-) Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi

Enfeksiyon hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastaneleri ile enfeksiyon hastalıkları dalında hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde, bu yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;

- 1) Poliklinik odası ve bu hastalar için düzenlenmiş hasta odaları, yeterli hava akımı olacak ve UV ile yüzey ve hava dezenfeksiyonu yapılabilecek şekilde planlanır. Zemin mikrop tutmayacak şekilde köşesiz planlanır ve döşenir.
- 2) Solunum yalıtımı gereken hastalar için en az bir yalıtım odası ayrılır.
- 3) Enfeksiyon hastalığı dal hastanesi ve genel hastanelerden hasta yatak sayısı 100 ve üzeri olan hastanelerde bulaşmaya sebebiyet vermeyecek şekilde banyosu, tuvaleti ve lavobosu bulunan en az bir adet negatif hava basıncı odası ayrılır.

4) Enfeksiyon hastalığı dal hastanesinde ve genel hastanelerin enfeksiyon hastalıkları dalında kabul ve tedavi edilecek hastalarda; kullanılan tıbbî malzeme, yemek kapları, salgı ve boşaltım kaplarının dezenfeksiyonu için "enfeksiyon kontrol programı" doğrultusunda işlem yapılır.

5) **(Değişik:RG-15/2/2008-26788)** Mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur.

6) Acil ünitesi ve genel yoğun bakım ünitesi bulunur.

c-) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde ve ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde bu Yönetmelik ile öngörülen asgarî standartlara ilave olarak aşağıdaki şart ve nitelikleri taşımaları gerekir.

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesi olarak ve genel hastane içinde Ruh sağlığı ve hastalıkları kliniği şeklinde kurulabilir.

1) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dal hastanesinde veya genel hastane içinde açılacak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kliniklerinde güvenlik esastır. Bina duvar, pencere ve kapıları ile iç dizaynı hastaların kaçmalarına, kazaya ve zarara uğramalarına engel olacak şekilde yapılmalı. Genel hastane içinde açılacak kliniklerin hastanenin diğer birimleri ile güvenlik açısından giriş çıkışlarda izolasyonu sağlanmış ve klinik giriş kapısı denetim altında olmalı. Genel bir hastanede hastaların intihar olasılığı da göz önüne alınarak alt katlarda olması tercih edilmelidir.

2) Güvenlik açısından pencere çerçeveleri sağlam malzemelerden ağır darbelere dayanıklı olmalıdır. Pencere camları kırılmaz olmalı ve pencere kolları çıkarılabilir olmalıdır. Hastaların personelden bağımsız olarak kullanabildiği pencerelerde güvenliği sağlayacak şekilde özel çelik kafesler olabilir ancak bu kafesler kliniğin dışarıdan görünümünü estetik açıdan olumsuz olarak etkilememelidir.

3) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde hasta odaları ve hastaların genel kullanımına açık odalar dışındaki tüm bölümler kilit altında olmalı ve bunların anahtar ve yedek anahtarlarına personelin ulaşılmasını sağlayacak sistem bulunmalıdır. Personelin kullanacağı tek tip anahtarların tüm kapıları açabilir özellikte olması tercih edilmelidir.

Hasta oda kapıları dışarıdan müdahale ile açılabilir kilit sistemine sahip olmalıdır. Hasta odalarında intihar riskine karşı banyoda ki askılıklar bel hizası altında tutulmalı veya otuz kilo üstünde ağırlığı taşıyamaz özelliği olmalıdır. Banyoda kırılmaz özellikli ayna duvara gömülü olmalıdır. Hasta banyo ve tuvaletlerin de kapılar dışarıdan müdahale ile açılabilir kilit sistemine sahip olmalıdır.

Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde hasta odalarında elektrik prizleri ve düğmeleri oda dışında olmalı veya sistem 12 volt özelliğinde olmalıdır. Aydınlatma ampulleri hasta tarafından ulaşılamaz ve müdalale edilemez şekilde olmalıdır.

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında hizmet verecek genel hastanelerde bu uzmanlık dalı için ayrılmış klinikte de aynı özellikler bulunur.

4) Kalorifer tesisatı ve radyatörler dayanıklı malzeme ile örtülmelidir.

5) Katlardan yangın merdivenlerine geçişlerde gerekli teknik ve güvenlik önlemleri alınmalıdır.

6) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde, hasta katlarında muayene ve tedavi odası bulunmalıdır. Tedavi odası müdahale odası olarak ta düzenlenebilir.

7) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde bir EKT odası ve bağlantılı olarak bir tedavi sonrası izlem odası düzenlenmelidir. EKT odası, genel anestezi uygulamasına uygun donanıma sahip olmalıdır.

8) Hemşire ve sağlık personelinin serviste ki görev yeri, servisin her alanını sürekli denetleyecek şekilde düzenlenmeli ve hemşire odası bulunmalıdır.

9) Özel durum arzeden hastalar için özel donanımlı odaların duvarları yumuşatılmış olmalı. Bu tür hasta oda kapılarında 'gözlem pencereleri' bulunmalı. Bu pencerelerin boyutları mahremiyeti bozmayacak ve hastanın gözlemlenmesi için yeterli genişlikte kırılmaz camdan olmalıdır.

10) Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde hastaların toplu olarak vakit geçirebilecekleri ve toplu olarak yemek yemeye uygun, televizyon, radyo, müzik yayını gibi teknik donanımlara sahip geniş bir gündüz odası ve yeterli genişlikte uğraş odası/atelyesi düzenlenmelidir.

11) Ruh sađlığı ve hastalıkları dal hastanesinde poliklinikte muayene odaları dışında görüřme odası, bekleme salonu ve bir sekreteryaya bulunmalıdır.

12) Ruh sađlığı ve hastalıkları dal hastanesinde acil ünitesinde; güvenlik birimi, muayene odası, duvarları hastaların kendilerine zarar vermelerini önleyecek řekilde yumuřatılmıř müdahale odası ve müşahade odası ile personel odası bulunmalıdır.

13) Ruh sađlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında hizmet verecek genel hastanelerde hasta genel dosyasına ek olarak ayrı bir hasta dosyası tutulmalı ve bu dosyalar genel arřivden farklı yerde řifre ile korunmalıdır.

Ruh sađlığı ve hastalıkları dal hastanesinde ise tüm hasta kayıtlarının bu řekilde korunmalıdır.

14) Ruh Sađlığı ve Hastalıkları uzmanlık dalında hizmet verecek genel hastanelerde ruh sađlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında özellik arzeden hastalar için yukardaki özellikleri taşıyan ve gerekli önlemleri alınmıř en az iki hasta odası bulunmalıdır.

d-) Göz Hastalıkları Hastanesi

Göz hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastanelerinde bu yönetmelikte öngörölen asgari standartlara ilave olarak;

1) En az iki adet olmak üzere yeterli sayıda göz polikliniđi, ve tetkik odaları veya ünitelerinde;

- a) Argon lazer,
- b) YAG lazer,
- c) Bilgisayarlı görme alanı,
- d) Arka segment Ultrasonografi cihazı,
- e) Biyometrik ultrasonografi cihazı,
- f) Göz anjio sistemleri (FFA-ICG),
- g) Korneal görüntöleme sistemleri;

- 1)Topografi,
- 2)Pakimetre,

bulunmalıdır.

2)Hasta yatak sayısı otuz ve altında bulunan göz dal hastanelerinde bir adet ameliyat salonu olabilir.

3) **(Deđişik birinci cümle:RG-15/2/2008-26788)** Göz dal hastanelerinde radyoloji ve diđer laboratuvarlar kurulmaz. Ancak bu hastanelerde gerekli olan kan, idrar ve gaita tetkikleri için hastane bünyesinde numune alma odası oluşturulur ve personeli bulunur.

4) Hasta yatak sayısı otuz ve altında bulunan göz dal hastanelerinde genel anestezi altında yapılacak ameliyatlarda anestezi ve reanimasyon uzman tabibi bulunması şartı ile anestezi ve reanimasyon uzman tabibinin kadrolu- tam zamanlı olarak bulunması gerekmez.

5) Göz dal hastanelerinde yoğun bakım yatađı bulunması zorunlu deđildir.

6) Göz dal hastanelerinde acil ünitesi; göz uzmanlık dalının gerektiđi acil ünitesinden oluşur. Acil muayene ve müdahale odasında ařađıda belirtilen bulunması gereken araç-gereç ve tıbbî sarf malzemesi bulunur. Acil muayene ve acil müdahale odası birlikte düzenlenebilir. Acil müşahade odası ayrıca düzenlenmeyebilir. Müřahade odasında yatırılması gereken hastalar hasta odalarında müşahadeye alınabilir.

Acil ünitesinde ařađıdaki araç-gereç ve tıbbî sarf malzemesi bulunur.

- 1) Biomikroskop
- 2) Flourescein strip
- 3) PPD enjektörü
- 4) Lavaj için kanül
- 5) 90 D lens
- 6) Steril pens
- 7) Oftalmoskop ve retinoskop
- 8) Portegü
- 9) Göz eřeli
- 10) Bleforesta

- 11) 15°-30°-45° bıçaklar
- 12) Muhtelif sütürler
- 13) Sütür pensi
- 14) Göz bandajı Randel
- 15) Tromel
- 16) Göz uzmanlık dalının gerektirdiği ilaçlar ve sarf malzemesi

e-) Onkoloji Hastanesi

Onkoloji hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastaneleri ile onkoloji hastalıkları dalında hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde, bu yönetmelikte öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

- 1) Bina, merkezi klima, medikal gaz sistemi, monitorizasyon sistemi, yangın alarm sistemi, seslendirme sistemi ve nem, soğutma sistemi gibi özellikli bina projesine uygun olmalı
- 2) Onkoloji hastanesinde, koridor ve merdivenler kaymayan ve silinebilir malzemeden olmalıdır. Hasta katlarında hemşire bankalarında müdahaleye hazır acil ekipman ve hasta yatak katlarında tek kullanımlık sürgü için sürgü imha ve depo odaları bulunmalı,
- 3) Medikal onkoloji dalında hizmet verecek olan onkoloji hastanesinde ameliyathane ve cerrahi yoğun bakım hasta yatağına gerek olmayıp dahili hastalar için dahili yoğun bakım hasta yatağı bulunan yoğun bakım ünitesi bulunmalı,
- 4) Radyasyon Onkolojisinde hizmet verecek olan onkoloji hastanesinde; personel olarak radyasyon onkoloji uzmanı ile fizik mühendisi bulunmalı ve araç-gereç olarak megavoltaj cihazı, similatör ve tedavi planlama bilgisayarı bulunmalı,
- 5) Hastaya acil müdahale edebilecek acil ünitesi ve tam donanıma sahip ambulans bulunmalı,
- 6) Kemoterapi hazırlama ve uygulama ünitesi, endoskopi ünitesi, diyetisyen ve beslenme ünitesi bulunmalı.
- 7) Medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ile anestezi ve ağrı polikliniği bulunmalıdır.
- 8) **(Değişik:RG-15/2/2008-26788)** Radyoloji ünitesi ile biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur.

f-) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi olarak hizmet verecek dal hastanelerinde, bu yönetmelikte öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

- 1) Hasta odaları tekerlekli sandalye kullanımı için yeterli manevra alanına sahip olmalıdır.
- 2) Lavabo, banyo ve tuvaletlerde tekerlekli sandalye transferini kolaylaştırmak için tutunma barları ve tekerlekli sandalye manevrası için serbest hareket alanı bulunmalıdır.
- 3) Seviye farkı olan yerlerde bağlantı rampalarla sağlanmalı, rampanın uygun eğimde ve genişlikte olmalı, rampanın iki taraflı el trabzanı bulunmalı ve rampa zemini kaymaya dirençli olmalıdır.
- 4) Kapı ve pencere tutamakları ile musluklar hastaların özel ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikte olmalıdır.
- 5) Yangın ve depreme karşı kapılar kolay açılabilir olmalıdır.
- 6) Elektroterapi bölümü, hidroterapi bölümü, mekanoterapi ünitesi, egzersiz salonu, psikoterapi ünitesi, iş-uğraşı ünitesi ile dinlenme ve rekreasyon alanları bulunmalıdır.
- 7) **(Değişik:RG-15/2/2008-26788)** Radyoloji ünitesi ile biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur.

g-) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Çocuk sağlığı ve hastalıkları dalında hizmet verecek dal hastanelerinde bu yönetmelikte öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

- 1) Süt çocuğu hasta bakım servisi ve yoğun bakım servisi, yenidoğan ve prematüre bakım servisi ve fototerapi ünitesi, kan değişim odası, izolasyon odası bulunmalı,

- 2) En az iki adet genel çocuk polikliniđi bulunmalı,
- 3) Poliklinikler, cilt rengini görebilecek şekilde aydınlatılmalı ve yeterli havalandırma sağlayacak şekilde pencere sistemi bulunmalı.
- 4) Otoskop ve oftalmoskop seti duvara monte edilmeli,
- 5) Muayene hazırlık ve tartı odası, psikolog odası, diyetisyen odası, eğitim materyallerinin bulunduğu ishal ve rehidratasyon odası ayrıca düzenlenebilir.
- 6) Emzirme ve alt deđiştirme odası bulunmalıdır.

h-) Kalp ve damar Cerrahisi hastanesi

Kalp ve damar Cerrahisi hastanesi olarak hizmet verecek dal hastanelerinde, bu yönetmelikte öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

- 1)Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi ile diyetisyen polikliniđi bulunmalı.
 - 2) Çocuk ve yenidođan kalp cerrahisi yapılması durumunda; yenidođan polikliniđi ve çocuk kardiyoloji polikliniđi bulunmalı.
 - 3)EKG, EKO, eforlu EKG ve holter test odası, kateterizasyon ve anjiyografi bölümü, koroner ve cerrahi yoğun bakım, biyokimya laboratuvarı, tıbbî fotođrafhane bulunmalıdır.
- Ayrıca;
- a) Bir adet kalp katerizasyon ve anjiyografi cihazı
 - b) Bir adet transtorasik ve transözofagal propları ile beraber ekokardiyografi
 - c) yeteri kadar EKG, eforlu EKG, Holter monitörü,
 - d) Bir adet kalp akciđer makinesi, sođutucu-ısıtıcı ve blanketleri
 - e) Bir adet intraaortik balon pompası,
 - f) Kan gazları cihazı,
 - g) Periferik vasküler doppler ,
 - h) Portatif röntgen,
 - i) Portable veya sabit hemadiyaliz cihazı,
 - j) Pace maker,
 - k) Yođun bakımlar için yođun bakım yatak sayısı kadar volümetrik respiratör, en az iki basınçlı monitör,
 - l) Yođun bakım ve her hasta katı için defibrilatör,
 - m) Taşınabilen respiratör ve monitörler bulunmalıdır.

ı-) Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi

Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi olarak hizmet verecek dal hastanelerinde, bu yönetmelikte öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

- 1) Dahiliye, çocuk, diş, KBB, göz, üroloji, ortopedi, nöroloji, nöroşürürji, kardiyoloji, genel cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, göđüs cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniđi ile psikiyatri polikliniđi bulunmalı.
- 2) Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi bulunmalı.
- 3) Teşhis üniteleri olarak radyoloji ünitesinde, DSA ünitesi, MRI ünitesi, IVP odası, renkli doppler odası, TV'li cihaz odası, kateterizasyon ve anjiyografi bölümü, kan gazları laboratuvarı bulunmalı.
- 4) Koroner yoğun bakım ve cerrahi yoğun bakım ünitesi bulunmalı.
- 5) Diyaliz ünitesi bulunmalıdır.
- 6) Ameliyathanede transplantasyon merkezi, alçı mahallinin bulunduğu genel cerrahi ameliyathane salonu düzenlenmelidir.

i-) Adli Tıp Uzmanlık Dalının Gerektirdiđi Asgarî Standartları

Özel hastanelerde adli tıp uzmanlık dalında hizmet sunumu olması durumunda bu yönetmelikte öngörülen asgarî standartlara ilave olarak;

1) Birbiri ile bağlantılı iki odadan ibaret olan poliklinik odası bulunur. Muayene odasında, muayene masası dışında jinekolojik muayene masasında bulunur.

2) Hasta genel dosyasına not düşülerek hasta genel dosyasına ek olarak adli tıp hastaları için ayrı bir hasta dosyası tutulmalı, dosya içinde aydınlatılmış onama izninin alındığını gösteren belge bulunmalı ve bu dosyalar genel arşivden farklı yerde şifre ile korunmalıdır. Raporların düzenlenmesi ve gönderilmesinde gerekli tedbirler alınarak gizlilik kurallarına uyulmalıdır.

3) **(Değişik:RG-15/2/2008-26788)** Radyoloji ve biyokimya laboratuvarı bulunur.

4) Nesep tayini ile çeşitli leke tayini olarak moleküler genetik inceleme tayini yapılacaksa moleküler biyoloji laboratuvarı kurulması zorunludur.

5) İlgili mevzuatta belirtilen ve Adli Tıp Kurumu ile Sağlık Bakanlığı sağlık kuruluşlarında kullanılan formlarına uygun raporlar düzenlenir. Adli Tıp Kurumu istatistik formları esas alınarak üçer aylık dönemler halinde yapılan işlemlere ait bilgiler Müdürlüklere bildirilir.

6) Adli tıp polikliniği hizmet sunumunda; adli travmatoloji ve genel muayene, yaş tayini, moleküler genetik inceleme, madde bağımlılığı tespiti, meslekte kazanma gücü kaybı olarak maluliyet tespiti sunumu yapılabilir.

27166)

(Değişik.R.G.-11/3/2009-
EK-12

PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ

ÖZEL HASTANESİ	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Fotoğraf</div>	
Tarih :	:
Belge No :	:
<u>PERSONELİN</u> :	:
ADI ve SOYADI :	:
T.C. KİMLİK NO :	:
UNVANI :	:
GÖREVİ :	:
BABA ADI :	:
DOĞUM YERİ/TARİHİ :	:
MEZUN OLDUĞU OKUL/FAKÜLTE:	:
DİPLOMA TARİH ve NO :	:
UZMANLIK BELGESİ TARİH ve NO:	:
Yukarıda açık kimliği yazılı olan personelin Hastanesinde, (kadrolu-kısmi zamanlı-konsültan)..... olarak mesleğini icra etmesi uygun görülmüştür.	

Düzenleyen
Mesul Müdür

Onay
İl Sağlık Müdürü

Tabibin kadrolu, kısmi ve/veya konsültan çalıştığı yerler belgenin arkasına işlenir.

''